



ПРОТОКОЛ

№ 1 / 04.08.2014 год.

за разглеждането на офертите на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-ДОБРИЧ“ АД

Днес, 04.08.2014 год. в "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД, гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24, се отвориха и разгледаха офертите на участниците в откритата процедура за възлагане за обществена поръчка с предмет: Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-ДОБРИЧ“ АД, открита с Решение № 5 от 25.06.2014 год. на Изпълнителния директор на дружеството, по обявление, вписано по преписка № 00083-2014-0001 в регистъра на Агенцията за обществени поръчки и публикувано в Официален вестник на Европейския съюз под № 2014/ S 121-214930.

Разглеждането се проведе от комисия, назначена със Заповед 248/ 04.08.2014 г. на Изпълнителния директор на "МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-р Найденов – член на Съвета на директорите

ЧЛЕНОВЕ:

1. Адв. Мая Димитрова - юрист на граждански договор в "МБАЛ-Добрич" АД;
2. Д-р Валентин Димитров- лекар АГ'О
3. Елена Великова- техн.организатор
4. Димитричка Богомилова- мед.сестра болнична аптека
5. Снежана Димитрова- старша сестра операционен блок
6. Сибил Василева- старша сестра Спешно отделение

Цел на заседанието на комисията е изпълнението на процедурата по чл. 68 от ЗОП.

Работата на комисията започна на 04.08.2014 г. в 09.00 часа, когато възложителят предостави на комисията списък на участниците, ведно с предложените от тях оферти в запечатани пликове, постъпили с входящи номера, както следва с:

1. Вх.№ 6913/ 22.07.2014 г. 13.30 ч.- „ЛАБ ДИАГНОСТИКА“ ООД гр. София 1612 жк Лагера бл.39, вх.1, ет. 1, ап.1, тел 02/ 9501360, факс 02/ 9549896, labdiag@applet-bg.com
2. Вх.№ 7224/ 28.07.2014 г. 11.00 ч.- „БИКОМЕД“ ООД гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III“ №201А, тел 02/ 9553696; 9553695; факс 02/ 9552012; office@bikomed.net
3. Вх.№ 7272/ 30.07.2014 г.- 11.50 ч.- „ЕКОЛАБ“ ЕООД гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 115А, тел. 02/ 9768020; 9768021 факс 02/ 9768050; Dimitar.Kolev@ecolab.com
4. Вх.№ 7296/ 31.07.2014 г. -- 10.45 ч.- „ВЕГА МЕДИКАЛ“ ООД гр. София бул. „Симеоновско шосе“ № 93Б, вх.Б, ет.3, тел 02 9714008, факс 02 9712085; vodenicharova@vegamedical.bg
5. Вх.№ 7298/ 31.07.2014 г. -11.30 ч.- „ВЪЗРАЖДАНЕ-КАСИС“ ООД гр. Ловеч 5500, ул. „Стара планина“ № 59, тел 068 604111; office@vkasis.com
6. Вх.№ 7312/ 01.08.2014 г.- 09.10 ч.- „БИЛМЕД“ ЕООД гр. Варна 9020, ж.к. Младост № 131, вх.8, ап.154, тел. 052 740394; 0882 403107; office@bilmed-bg.com



7. Вх.№ 7313/ 01.08.2014 г.- 09.15 ч.- „Б БРАУН МЕДИКАЛ” ЕООД гр. София 1799, жк. Младост бул. „Андрей Ляпчев” 66 тел 02 8076740; 02 8076755; факс 02 9743083; polina.pavlova@bbraun.com
8. Вх.№ 7314/ 01.08.2014 г.- 09.20 ч- „ЕКОС МЕДИКА” ООД гр. София 1618, ул. „Голям Браган” 8 тел /факс 02 4914088; ecosmedica@ecosmedica.com
9. Вх.№ 7320/ 01.08.2014 г. -10.20 ч- „ФАРКОЛ” АД гр. Бургас ул. „Сан Стефано” № 28 тел. 056 851721; факс 056 821722; farkol@farkol.bg
10. Вх.№ 7321/ 01.08.2014 г.- 10.25 ч- „АРТ ТРАНС МЕДИКА” ООД гр. София 1680, ул. „Родопски извор” № 30-32, вх. В. партер; тел 02 9589957; факс 02 4894300; 0896697537; office@atm-bg.eu
11. Вх.№ 7322/ 01.08.2014 г.- 10.30 ч- „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев” № 5 Софарма бизнес тауърс егр.А, ет.12, тел 02 8133660; факс 02 8133666; office@sopharmatrading.bg
12. Вх. № 7324/ 01.08.2014 г.- 10.35 ч.- „СТЕРАМЕД” ООД гр. София 1407, ул. „Христо Ценов” № 4 тел 02 4372486 факс 02 4372488; office@steramed.bg
13. Вх. № 7325/ 01.08.2014 г.- 10.40 ч- „ИНТЕРГЪЛЕНИКА” ООД гр. Пловдив 4003, ул. „Напредък” №7, п.кутия 146; тел/факс 032 940168; simeon_76@mail.bg
14. Вх. № 7236/ 01.08.2014 г.- 10.42 ч- „БУЛМАР МЛ” ООД гр. София 1618, ул. „Нирин” 32, тел. 02 8558345; факс 02 8558543; office@bulmarml.bg
15. Вх.№ 7327/ 01.08.2014 г.- 10.45 ч- „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. София 1750, ж.к. Младост 1 бл.28Б, /ул. „Димитър Моллов”, тел. 02 4627131; 02 4627124; факс 02 4627115; 02 4627128; info@mte-bg.com
16. Вх.№ 7329/ 01.08.2014 г.- 10.55 ч- „АГАРТА ЦМ” ЕООД гр. София 1712, ж.к. Младост-3 бл.304, ет.1, офис 1; тел 02 8765542; факс 02 9743973; agartacm@abv.bg
17. Вх.№ 7330/ 01.08.2014 г.- 11.00 ч- „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. София 1309, Зона Б-18, ул. „Цар Симеон” бл.20, ап.1, тел 02 9200456; факс 02 9291411; helmedsf@yahoo.com
18. Вх.№ 7331/ 01.08.2014 г. -11.05 ч- „МЕДИТРЕЙД” ЕООД гр. Варна ул. „Илинден” 7, тел 052 606334; факс 052 650012, meditrade@abv.bg
19. Вх.№ 7335/ 01.08.2014 г.- 11.50 ч- „ГЮС” ООД гр. Русе ул. „Цар Калоян” №11А, Бизнес център „Етър1” ет.1, тел. 082/ 828378; тел.и факс 082 828377; b.stoyanov@gus-bg.com
20. Вх.№ 7340/ 01.08.2014 г.- 13.40 ч- „ИСТЛИНК БЪЛГАРИЯ” ЕООД гр. Варна ул. „Възраждане” № 12А, тел./факс 052 610432; eastlinkvn@mail.orbitel.bg
21. Вх.№ 7343/ 01.08.2014 г.- 16.00 ч- „АКВАХИМ” АД гр. София 1582, ж. к. „Дружба-2”, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 83, тел. 02 8075000, факс 02 8075050, 0888 660648, 02 8075019, aquachim@aquachim.bg

Преди да пристъпят към отварянето на пликовете с офертите, членовете на комисията, участващи в заседанието, на основание чл. 35, ал. 3 от ЗОП, подписаха и представиха на възложителя декларации за съответствие с обстоятелствата по чл. 35, ал. 1 от ЗОП и за спазване на изискванията по чл. 35, ал. 2 от ЗОП.

На заседанието на комисията се отвориха пликовете с офертите и се извърши проверка на следните обстоятелства:

- дали подадената оферта е представени в запечатан, непрозрачен плик и отговаря ли на изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП;
- дали ли е в плика с офертите три отделни запечатани, непрозрачни пликове със съответните надписи, съобразно изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;
- публично оповестяване на документите, поставени в плик № 1.

Комисията констатира, че предложенията на участниците са приети в непрозрачни



запечатани пликове, на които са отбелязани поредните входящи номера, датата и часът на получаването, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 1 и 3 от ЗОП, след което пристъпни към отварянето на пликовете с офертите по реда на тяхното постъпване. Проверката на офертите се извърши по реда и по начина, посочен в чл. 68, ал. 4 и 5 от ЗОП, като трима от членовете на комисията подписаха пликове № 3 и документите, съдържащи се в пликове № 2.

Комисията отвори пликове № 1 на участниците и извърши проверка за паличието и редовността на представените документи в пликове № 1 и съответствието им с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

Комисията установи следните несъответствия, липси на документи или нередности, както следва:

1. Участникът „ЛАБ ДИАГНОСТИКА“ ООД по обособена позиция № 70, подпозиция № 6- Епруветка за СУЕ- обем до 1,6 мл, 3,8 % Натриев цитрат, резултат до 30 мин /с валидирана сравнимост на резултатите с референтен метод/ не е представил документ, доказващ валидирана сравнимост на резултатите с референтен метод.

2. Участникът „ФАРКОЛГ“ АД гр. Бургас в пликове № 1 по всички обособени позиции за които участва е представил копия на документи, удостоверяващи че производителите на медицински изделия прилагат и поддържат системи за управление на качеството, както и сертификати за качество или други равнозначни документи за пригодност на доставяните изделия съгласно изискванията на Европейската директива, които не са заверени от участника. Представени са копия от оригинални каталози, които не са придружени с превод на български език.

По обособена позиция № 49 са предоставили мостри за подпозиции № 1, №2 и № 3, при разглеждането на които Комисията установи, че на кв.см. има 14 нишки, а Възложителят е поставил изискване за гъстота минимум 17 нишки на кв.см.

По обособена позиция № 53 за подпозиции № 8 и № 9 липсва каталог или друг документ, описващ изделието.

По обособена позиция № 55 е предоставена мостра на пълна клампа, при разглеждането на която Комисията констатира дължина на оребрена част от 35 мм, а Възложителят е поставил изискване: Клампа за пълна връв- оребрена част с дължина 40-42 мм

3. Участникът „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ“ АД гр. София е представил по обособена позиция № 4 мостра на спринцовка за перфузор, разграфена до 60 cc. Комисията установи, че предложената спринцовка не е съвместима с посочения в спецификацията перфузор.

По обособена позиция № 54, подпозиция №1 Възложителят изисква: Еднократен стерилен калъф за дръжка на операционна лампа, а участникът е представил мостра за калъф за цялата операционна лампа.

По обособена позиция № 55 участникът не е представил мостра за подпозиция № 2 или № 3 банд бебе- майка.

4. Участникът „СТЕРАМЕД“ ООД гр. София не е представил декларации по чл.47, ал.5 от ЗОП, документ, който се изисква от Възложителя (в т.е) от указанията за подготовка на офертата.

5. Участникът „БУЛМАР МЛ“ ООД гр. София е предоставил мостра за обособена позиция № 49 подпозиция № 5- марля на топ, за която Комисията установи, че на кв.см има 15-16 нишки, а Възложителят е поставил изискване за гъстота минимум 17 нишки на кв.см. За подпозиция № 8 на същата обособена позиция участникът е предоставил мостра на бинт, който е без оплетка на краищата, а Възложителят е поставил изискване за Бинт марлен 10 см/10 м /гъстота минимум 17 нишки на кв.см./с оплетка на краищата. Участникът не е предоставил мостра за подпозиция №9 на същата обособена позиция- Бинт плетен 5/5



избелен.

В плик № 1 по обособена позиция № 50 участникът е представил каталог, който не е придружен от превод.

6. Участникът „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНИ” ООД гр. София е представил каталог в оригинал и с превод на български за обособена позиция № 15, на който е отбелязано, че касае подпозиции от 1 до 4. В този каталог с червено е маркиран втория ред, който се отнася за трипътен Hydro X-Flow силикон с Ch 18, 20, 22 и 24 и с размер на балона 50 мл. За тази обособена позиция Възложителят е поставил изискване за големина на балона от 80 cc.

По обособена позиция № 41 участникът не е предоставил мостра.

По обособена позиция № 42 участникът не е предоставил мостра. Съгласно документите, поставени в плик № 1 по обособена позиция № 42, в приложения каталог е посочена дължина на епидуралния катетър- 90 см, а Възложителят е поставил изискване за дължина на епидуралния катетър 100 см.

По обособена позиция № 47 участникът не е предоставил мостра.

По обособена позиция № 70, подпозиция № 6- Епруветка за СУЕ- обем до 1,6 мл, 3.8 % Натриев цитрат, резултат до 30 мин /с валидирана сравнимост на резултатите с референтен метод/ не е представил документ, доказващ валидирана сравнимост на резултатите с референтен метод.

7. Участникът „АГАРТА ЦМ” ЕООД е представил мостра за обособена позиция № 49, подпозиция №8 Бинт марлен 10 см/10 м /гъстота минимум 17 нишки на кв.см./с оплетка на краищата/, които нямат оплетка по краищата. В плик № 1 по същата обособена позиция е представен каталог, в който е отбелязано, че ръбовете на бинта са рязани.

За подпозиция № 9 по същата обособена позиция, участникът не е представил мостра за Бинт плетен 5/5 избелен.

По обособена позиция № 53 подпозиции № 8 и № 9 е предоставена мостра, която представлява съдов скалпел с резец, а Възложителят изисква дръжка за скалпел. В поставените в плик № 1 документи по тази обособена позиция липсва сертификат, удостоверяващ, че производителят Чанълмед груп, посочен за производител на тези подпозиции от участника, прилага и поддържа система за управление на качеството ISO или еквивалентна. Не е предоставен и каталог, описание на продукта или друг документ, описващ изделията, оферирани в цялата обособена позиция. Тези документи се изискват от Възложителя и са посочени в т.д) е тирета от указанията за подготовка на офертата.

8. Участникът „ХЕЛМЕД БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Комисията установи, че в плик № 1 по обособена позиция № 3 са поставени документи, на които участникът е отбелязал, че се отнасят за обособена позиция № 4. На плик № 1, касаещ всички обособени позиции не е отбелязано, че участникът подава оферта за обособена позиция № 4. В подадената оферта липсват плик № 2 и плик № 3 за обособена позиция № 4. В плик № 1 по обособена позиция № 3 липсват документи, касаещи медицинските изделия в обособена позиция № 3. Не е представена мостра по обособена позиция № 3.

За обособена позиция № 8 участникът не е поставил изискванията от Възложителя в т.д) от указание за подготовка на офертата, каталог, инструкция за употреба или друг документ, описващ изделието, представен в оригинал и придружен с превод. Участникът не е предоставил мостра за подпозиция № 2-Система трансфузионна с пластмасова игла, дължина МИН.120 см.

В плик № 1 по обособена позиция № 29 е представен каталог на фирма СУРУ, в който липсва подпозиции от № 1 до № 4- въздуховоди /гъдел/, т.е. няма представен каталог за посочените подпозиции. Представеният каталог за останалите подпозиции няма превод на български език.



Предоставената от участника мостра по обособена позиция № 49 подпозиция №4 лапаротомична кърпа не отговаря на изискването на Възложителя да има рентгенопозитивна нишка. В спецификацията си Възложителят е посочил Лапаротомични кърпи 45/40 см.с рентгенопозитивна нишка. За подпозиция № 5 Марля хигроскопична - 17/17 нишки на кв.см. /топ от 200 м/, Комисията установи 15-16 нишки на кв.см. което не отговаря на изискването на Възложителя.

При разглеждане на предоставените каталози по обособена позиция № 49, Комисията установи, че липсва превод на български език. В каталозите не са отбелязани подпозициите, за които се отнасят. В тези каталози има изделия, за които е посочен материал Polyester+ Nature latex или Cotton+ Spandex, които не отговарят на изискването на Възложителя по обособена позиция № 49 да са произведени от 100% памук. Комисията установи, че по подпозиция № 8 Бинт марлен 10 см/10 м /гъстота минимум 17 нишки на кв.см./ с оплетка на краищата/, предоставената мостра е без оплетка. Липсва мостра и по подпозиция № 9 Бинт плетен 5/5 избелен, а мострата по подпозиция № 10 Бинт ластичен 10/10 - с основа 100 % памук, не е с основа памук.

По обособена позиция № 51, подпозиция №2 Санпласт с широчина 5 см. участникът е предоставил мостра, чиято ширина е 4,7 см и не отговаря на изискването на Възложителя.

По обособена позиция №53, участникът не е предоставил мостра за подпозиция №1 Маски еднократни, хирургически, трислойни с връзки с фиксатор за носа. Мострата, на която участникът е отбелязал подпозиция № 6 Престилки еднократни от нетъкан текстил-дълги, не отговаря на изискването на Възложителя за дължина, защото е предоставена мостра на къса престилка.

По обособена позиция № 55 за подпозиции № 2 и №3 е поставена мостра, представляваща банд за бебе, като липсва частта от банда за майката. Възложителят е поставил изискване по тези подпозиции да се оферират бандове- бебе-майка.

За обособена позиция № 78, подпозиция №1 липсва каталог, инструкция за употреба или друг документ, описващ изделието.

Представените сертификати за качество по обособена позиция № 78, т.3 се отнасят за производителя на суровината, а не за производителя на медицинското изделие.

За обособена позиция № 78, т.5 не е предоставена мостра- Термометър за телесна температура. Представен е документ, на който е химикал участникът е отбелязал обособена позиция № 78, т.5, но няма превод на български език.

В списък на оферираните медицински изделия е посочен производител по обособена позиция № 78, т.11 -- Формалин 37 % е посочен производител Химтеке. Не са представени сертификати, че производителят прилага система за управление на качеството и каталог, инструкция за употреба или друг документ, описващ изделието.

9. Участникът „МЕДИТРЕЙД“ ЕООД не е представил списък на оферираните медицински изделия с посочване на производителя, документ, който Възложителят изисква в т.“д” от указанието за подготовка на офертата.

По обособена позиция № 55, подпозиция №1 -Клампа за пъпна връв- оребрена част с дължина 40-42 мм, Комисията установи, че оребрената част на предоставената мостра е с дължина 35 мм.

10. Участникът „ГЮС“ ООД не е представил следните документи:

- декларация, че медицинските изделия отговарят на т.5 от техническите спецификации, документ, който Възложителят изисква в т.“д” от указание за подготовка на офертата

- списък на оферираните медицински изделия с посочване на производителя, документ, който Възложителят изисква в т.“д” от указание за подготовка на офертата.

Според предоставения каталог по обособена позиция № 42- Сет за епидурална



анестезия, многокомпонентен, катетъра е с диаметър 0,55 x 1,03, а Възложителят е поставил изискване за диаметър 0,85 x 0,45. Дължината на катетъра на предоставения сет е 915 мм. а изисването на Възложителя е за дължина от 100 см. което е 1000 мм.

11. Участникът „ИСТЛИНК“ ООД не е предоставил мостра по обособена позиция № 8- Инфузионни системи.

По обособена позиция № 9- Трансфузионни системи не са предоставили мостри.

Не е предоставена мостра за обособена позиция № 9 подпозиция № 2.

По обособена позиция № 49, подпозиция № 5 Марля хигроскопична - 17/17 нишки на кв.см. /топ от 200 м/, участникът е предоставил мостра, при разглеждането на която Комисията установи 15-16 нишки на кв.см.

По подпозиция № 8- Бинт марлен 10 см/10 м /гъстота минимум 17 нишки на кв.см./с оплетка на краищата/ е предоставена мостра без оплетка на краищата, което не отговаря на изискването на Възложителя.

12. Участникът „АКВАХИМ“ АД е предоставил мостра по обособена позиция № 6 Ръкавици стерилни, която не е в оригинална и с ненарушена цялост опаковка, изискване, което Възложителят е посочил в т. “д” от указание за подготовка на офертата.

За обособена позиция № 26 Стерилна желатинова кръвоспираща гъба, участникът не е предоставил мостра.

По обособена позиция № 64 Картонени кутии за съхранение е предоставил две еднакви кутии за подпозиции №1 и № 2 без да е посочено предназначението им.

По обособена позиция № 70, подпозиция № 6- Епруветка за СУЕ- обем до 1.6 мл. 3.8 % Натриев цитрат, резултат до 30 мин /с валидирана сравнямаст на резултатите с референтен метод/ не е представил документ, доказващ валидирана сравнямаст на резултатите с референтен метод.

На основание чл.68, ал.9 от ЗОП, Комисията указва на участниците да представят липсващите документи и мостри в срок от 5 работни дни, считано от датата на получаването на протокола.

Председателят на комисията насрочва следващото публично заседание на 10.11.2014 г. от 09.00 часа в заседателната зала на управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение- Добрич“ АД гр. Добрич.

Копие от настоящия протокол да се изпрати на всички участници и да се публикува на профила на купувача.

Комисията приключи работата си на 23.10.2014 год. в 16.00 ч., като състави и подписа настоящият протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

(Д-р Найден Найденов)

ЧЛЕНОВЕ: 1.....

(адв. Мая Димитрова)

2.....
(Д-р Валентин Димитров)

3.....
(Елена Великова)

4.....
(Димитричка Богомилова)

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ”
АД

ДОБРИЧ 9300 ул. “Панајот Хитов” 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net



5.....
(Снежана Димитрова)

6.....
(Сибилa Василева)