

ДОКЛАД

по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

за резултатите от работата на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена за разглеждане и оценката на офертите на участниците в процедура тип "открита" за доставка на медицинска апаратура за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

На 14.05.2017 год. в 12.00 часа приключи последното заседание на комисията, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП със Заповед № 64 / 04.04.2018 год. на Изпълнителния директор на "МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Елена Атанасова Великова – експерт обществени поръчки.

ЧЛЕНОВЕ:

2. Адв. Георги Стойчев Митков - юрист на граждански договор в "МБАЛ-Добрич" АД;
3. Даниела Димчева Михайлова – главен счетоводител.

Задачата на комисията е, по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП, да разгледа и оцени офертите на участниците в процедура за възлагане за обществена поръчка тип "открита" с предмет: Доставка на медицинска апаратура за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД, гр. Добрич.

Процедурата е открита с Решение № 7 от 21.02.2018 год. на Изпълнителния директор на дружеството, по обявление № 831152, преписка № 00083-2018-0004 в регистъра на Агенцията за обществени поръчки, обявена в Официален вестник на Европейския съюз под № 2018/S 038-082369.

1. Оферти за участие са представили участниците:

- 1.1. "ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, приета с вх. № 3577 / 02.04.2018 год. в 09.35 часа.
- 1.2. "ИНФОМЕД" ЕООД, приета с вх. № 3578 / 02.04.2018 год. в 09.40 часа.
- 1.3. "Б БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД, приета с вх. № 3579 / 02.04.2018 год. в 09.45 часа.
- 1.4. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, приета с вх. № 3617 / 03.04.2018 год. в 09.50 часа.
- 1.5. "ЕЛТА 90М" ООД, постъпила с вх. № 3620 / 03.04.2018 год. в 11.15 часа.
- 1.6. "БГ МЕД" ЕООД, постъпила с вх. № 3623 / 03.04.2018 год. в 12.10 часа.

2. Заседанието на комисията протече в две части - публична и закрыта.

2.1. В публичната част от заседанието комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните опаковки на участниците и оповести тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.

2.2. В закрытата част от заседанието комисията:

- разгледа представените оферти и оцени съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия;
- разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки, до установяване на съответствие с изискванията на двама участници, които класира на първо и второ място.

3. В открито заседание, проведено на 04.04.2018 г. с начало 09.00 часа, комисията публично оповести съдържанието на офертите, включително предложенията на участниците по показателя за оценка.

На основание чл. 61, т. 2 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническите и ценовите предложения.

4. Участниците са направили следните предложения по критерия за възлагане "най-ниска цена":

4.1. **"ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД:** По обособена позиция № 4: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на ендоскопски монитор: **12800.00 (дванадесет хиляди и осемстотин) лева без ДДС.**

Участникът предлага доставката на апаратура:

Марка: **SONY**

Модел: **LMD-2765MD**

Производител: **SONY CORPORATION**

Година на производство: **Нов, неупотребяван.**

4.2. **"ИНФОМЕД" ЕООД:** По обособена позиция № 1: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на видеогастроскоп, съвместим с ендоскопска система EVIS EXERA III OLYMPUS: **35920.00 (тридесет и пет хиляди, деветстотин и двадесет) лева без ДДС.**

Участникът предлага доставката на апаратура:

Марка: **OLYMPUS**

Модел: **GIF-H185**

Производител: **OLYMPUS**

Година на производство: **2018 год.**

4.3. **"Б БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД:**

4.3.1. По обособена позиция № 2: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на високочестотен биполярен апарат за лигиране и рязане на съдове за лапароскопска хирургия: **13580.40 (тринадесет хиляди, петстотин и осемдесет лева, 40 стотинки) лева без ДДС;**

Участникът предлага доставката на апаратура:

Марка: **Aesculap**
 Модел: **CAIMAN GN200 LEKTRAFUSE RF GENERATOR, PL742SU**
CAIMAN INSTRUMENT 5 mm, 440 mm, 6 pc/box
 Производител: **Ескулап АГ Германия**
 Година на производство: **2017 год.**

4.3.2. По обособена позиция № 4: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на ендоскопски монитор: **13811.45 (тринадесет хиляди, осемстотин и единадесет лева, 45 стотинки) лева без ДДС;**

Участникът предлага доставката на апаратура:

Марка: **Aesculap**
 Модел: **PV959 26" FULL HD LCD MONITOR**
 Производител: **Ескулап АГ – Германия**
 Година на производство: **Фабрично нов**

4.3.3. По обособена позиция № 5: Доставка на оборудване и инструменти за лапароскопски операции, съвместими с електронож ERBE 200: **4171.09 (четири хиляди, сто, седемдесет и един лева, 9 стотинки) лева без ДДС.**

№	Комплектовка	Брой	Единична цена в лева без ДДС	Стойност (кол. 3 x кол. 4)
1	2	3	4	5
1	Монополярна канюла за аспирация и иригация с монополярен електрод с възможност за рязане и коагулация	10	78.27	782.70
2	Биполярен дисекционен макрофорцепс, граспер	6	344.38	2066.28
3	Монополярна дръжка със заключващ механизъм	1	615.23	615.23
4	Биполярен кабел	2	222.81	445.62
5	Монополярен кабел	2	130.63	261.26

Участникът предлага доставката на апаратура:

Марка: **Aesculap**
 Модел: **PG032SU monop.suct./irrig.hook L-type 5/340 mm**
PL703SU macro disp.grasp.fcps.bipolar 5/310 mm
PO959R monopolar handle with ratchet
GN131 bipolar cable 8/4 mm
GK245 monopolar cable 4 mm 3.5 m
 Производител: **Ескулап АГ – Германия**
 Година на производство: **Фабрично нов.**

4.4. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД:

4.4.1. По обособена позиция № 3: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на полуавтоматичен коагулатор: **6720.00 (шест хиляди, седемстотин и двадесет) лева без ДДС;**

Участникът предлага доставката на апаратура:
 Марка: **Dutch Diagnostics**

Модел: **DCA-4**

Производител: **Dutch Diagnostics** - Германия

Година на производство: **2017 год.**

4.4.2. По обособена позиция № 4: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на ендоскопски монитор: **9690.00** (девет хиляди, шестстотин и деветдесет лева) лева без ДДС.

Участникът предлага доставката на апаратура:

Марка: **NDS**

Модел: **Radiance G2 HB 26" without Fiber**

Производител: **NDS Surgical Imaging**

Година на производство: **2018 год.**

4.5. "ЕЛТА 90М" ООД: По обособена позиция № 3: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на полуавтоматичен коагулатор: **7000.00** (седем хиляди) лева без ДДС.

Участникът предлага доставката на апаратура:

Марка: **Start® Max**

Модел: **Start® Max**

Производител: **Diagnostica Stago** - Франция

Година на производство: **2018 год.**

4.6. "БГ МЕД" ЕООД: По обособена позиция № 3: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на полуавтоматичен коагулатор: **6200.00** (шест хиляди и двеста) лева без ДДС.

Участникът предлага доставката на апаратура:

Марка: **Human**

Модел: **HumaClot Quattrro**

Производител: **Human**

Година на производство: **Няма да бъде произведена по-рано от 2018 год.**

5. В закрито заседание комисията провери съответствието на техническите предложения на участниците с предварително обявените условия, при което установи несъответствието на медицинската апаратура, предложена от участниците, по следните обособени позиции:

5.1. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД: По обособена позиция № 3: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на полуавтоматичен коагулатор.

5.2. "БГ МЕД" ЕООД: По обособена позиция № 3: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на полуавтоматичен коагулатор.

6. Комисията предлага на възложителя участникът "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на полуавтоматичен коагулатор, на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговоря на предварително обявените условия на поръчката.

МОТИВИ:

Участникът "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД е предложил доставка на медицинска апаратура Марка: **Dutch Diagnostics**, Модел: **ДСА-4**, Производител: **Dutch Diagnostics** – Германия.

При проверка на съответствието на апаратурата с предварително обявените условия, комисията установи несъответствие по следните параметри:

6.1. Допълнителни параметри (ред 2 от таблицата по точка 2 на Техническото предложение Приложение № 1.3 от документацията за участие):

Участникът е посочил наличие на свободни за програмиране тест-позиции. Несъответствието се изразява в следното: Наличието на свободни за програмиране тест-позиции не съответства на изискването допълнителните параметри да са въведени предварително. На стр.23/1 от техническата документация са посочени седем параметъра, от които пет съвпадат с основните параметри. Останалите са допълнително програмируеми, при посочена необходимост от допълнителна промяна на определени параметри. Това поражда необходимост от валидиране на метода всеки път, когато се изследва допълнително програмируем параметър.

6.2. Темперирание на реактивите (ред 4 от таблицата по точка 2 на Техническото предложение Приложение № 1.3 от документацията за участие):

Участникът е посочил темпериране на реактивите при 37.4°C с толеранс +/- 0.01°C; 16 позиции за инкубация на кювети, 4 измервателни канала; 4 позиции за реактиви, контрол на инкубацията. Несъответствието се изразява в следното: На стр. 76 от техническата документация на английски език толерансът е посочен от производителя като +/- 0.3°C. В превода на български е посочен като +/- 0.01°C. Темперирането на реактивите при параметрите на точност, посочени в документацията би било в границите от 37.1° до 37.7° C, при изискуеми от 36.5 до 37.5° C. Това влияе върху точността на образуване на коагулума и съответно върху точността на измерване.

6.3. Течнокристален сензорен екран (ред 6 от таблицата по точка 2 на Техническото предложение Приложение № 1.3 от документацията за участие):

Участникът е посочил наличие на течнокристален сензорен екран. Несъответствието се изразява в следното: В техническата документация изделието е описано с течнокристален екран и клавиатура, а не със сензорен екран.

6.4. Портове (ред 11 от таблицата по точка 2 на Техническото предложение Приложение № 1.3 от документацията за участие):

Участникът е посочил наличието на портове USB и RS-232. Несъответствието се изразява в следното: На стр. 76 от техническата документация е посочено наличието на USB порт, без да е посочен броят им.

Несъответствието на предлаганата от участника медицинска апаратура по посочените по-горе параметри представлява представянето на оферта, която не отговоря на предварително обявените условия на поръчката.

7. Комисията предлага на възложителя участникът "БГ МЕД" ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата по обособена позиция № 3: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на полуавтоматичен коагулатор, на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговоря на предварително обявените условия на поръчката.

МОТИВИ:

Участникът "БГ МЕД" ЕООД е предложил доставка на медицинска апаратура Марка: **Human**, Модел: **HumaClot Quattro**, Производител: **Human**

При проверка на съответствието на апаратурата с предварително обявените условия, комисията установи несъответствие по следните параметри:

7.1. Допълнителни параметри (ред 2 от таблицата по точка 2 на Техническото предложение Приложение № 1.3 от документацията за участие):

Участникът е посочил наличие на "отворена система, качват се допълнителни програми. В спецификацията на изделието е посочено „Възможни са още". Несъответствието се изразява в следното: Наличието на възможност за качването на допълнителни програми не съответства на изискването на възложителя допълнителните параметри да са въведени предварително. Това поражда необходимост от валидиране на метода всеки път, когато се изследва допълнително програмируем параметър.

7.2. Темперирание на реактивите (ред 4 от таблицата по точка 2 на Техническото предложение Приложение № 1.3 от документацията за участие):

Участникът е посочил темпериране на реактивите при 37.4°C, 16 позиции за инкубация на кювети, Точност на температурата $\pm 0.4^\circ$, 4 измервателни канала, 2 позиции за реактиви. Несъответствието се изразява в следното: Темперирането на реактивите при посочените от участника параметри на точност би било в границите от 37° до 37.8° C, при изискуеми от 36.5° до 37.5° C. Това влияе върху точността на образуване на коагулума и съответно върху точността на измерване.

7.3. Течнокристален сензорен екран (ред 6 от таблицата по точка 2 на Техническото предложение Приложение № 1.3 от документацията за участие):

Участникът е посочил наличие на течнокристален сензорен екран. Несъответствието се изразява в следното: В техническата документация изделието е описано с графичен дисплей и клавиатура с 19 бутон, а не със сензорен екран.

7.4. Портове (ред 11 от таблицата по точка 2 на Техническото предложение Приложение № 1.3 от документацията за участие):

Участникът е посочил наличието на 4 порта USB. Несъответствието се изразява в следното: На стр. 10 от техническата документация е посочена USB връзка, без да е посочен броят на портовете.

Несъответствието на предлаганата от участника медицинска апаратура по посочените по-горе параметри представлява представянето на оферта, която не отговоря на предварително обявените условия на поръчката.

8. Комисията оцени офертите на участниците съгласно избрания критерий за възлагане "най-ниска цена", след което разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки, до установяване на съответствие с изискванията на участниците, които следва да бъдат класирани на първо и второ място.

9. Комисията прие, че всички класирани участници отговарят на изискванията на възложителя, свързани с личното състояние и критериите за подбор.

10. Комисията класира участниците по следния начин:

10.1. **По обособена позиция № 1:** Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на видеогастроскоп, съвместим с ендоскопска система EVIS EXERA III OLYMPUS:

На първо място: **"ИНФОМЕД" ЕООД** с ценово предложение 35920.00 (тридесет и пет хиляди, деветстотин и двадесет) лева без ДДС.

10.2. **По обособена позиция № 2:** Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на високочестотен биполярен апарат за лигиране и рязане на съдове за лапароскопска хирургия:

На първо място: **"Б БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД**, с ценово предложение 13580.40 (тринадесет хиляди, петстотин и осемдесет лева, 40 стотинки) лева без ДДС;

10.3. **По обособена позиция № 3:** Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на полуавтоматичен коагулатор:

На първо място: **"ЕЛТА 90М" ООД** с ценово предложение 7000.00 (седем хиляди) лева без ДДС.

10.4. **По обособена позиция № 4:** Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на ендоскопски монитор:

На първо място: **"МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД** с ценово предложение 9690.00 (девет хиляди, шестстотин и деветдесет лева) лева без ДДС.

На второ място: **"ЕЛЕКТРО МЕД БЪЛГАРИЯ" ЕООД**, с ценово предложение 12800.00 (дванадесет хиляди и осемстотин) лева без ДДС.

10.5. **По обособена позиция № 5:** Доставка на оборудване и инструменти за лапароскопски операции, съвместими с електронож ERBE 200:

На първо място: **"Б БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД** с ценово предложение 4171.09 (четири хиляди, сто, седемдесет и един лева, 9 стотинки) лева без ДДС.

11. Комисията предлага на възложителя сключването на договори с участниците, класирани на първо място, по обособени позиции, както следва:

11.1. **По обособена позиция № 1:** Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на видеогастроскоп, съвместим с ендоскопска система EVIS EXERA III OLYMPUS: **"ИНФОМЕД" ЕООД**;

11.2. **По обособена позиция № 2:** Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на високочестотен биполярен апарат за лигиране и рязане на съдове за лапароскопска хирургия: **"Б БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД**;

11.3. **По обособена позиция № 3:** Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на полуавтоматичен коагулатор: **"ЕЛТА 90М" ООД**;

11.4. **По обособена позиция № 4:** Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на ендоскопски монитор: **"МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД**;

11.5. **По обособена позиция № 5:** Доставка на оборудване и инструменти за лапароскопски операции, съвместими с електронож ERBE 200: **"Б БРАУН МЕДИКАЛ" ЕООД**.

12. На основание чл. 67, ал. 6, във вр. с ал. 8, т. 1 от ЗОП комисията препоръчва на възложителя да не се изискват при сключването на договора следните документи:

От "ИНФОМЕД" ЕООД:

- Сертификат, удостоверяващ, че участникът прилага и поддържа система за управление на качеството EN ISO 9001:2005;

- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари по задължителния образец Приложение № 3 от документацията за участие.

От "ЕЛТА 90М" ООД:

- Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари по задължителния образец Приложение № 3 от документацията за участие.

Участниците са представили посочените документи в опаковките с офертата си.

Докладът се подписа от всички членове на комисията и се предаде на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация на 17.05.2017 год. в 10.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.....
(Елена Атанасова Великова)

ЧЛЕНОВЕ:

2.
(Адв. Георги Стойчев Митков)

3.
(Даниела Димчева Михайлова)

УТВЪРЖДАВАМ:.....

Д-р СВЕТОЗАР БАЙЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

