

ДОКЛАД

по чл. 103, ал. 3 от Закона за обществените поръчки

за резултатите от работата на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена за разглеждане и оценката на офертите на участниците в процедура тип "открита" за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на нова медицинска апаратура за "Многопрофилна болница за активно лечение–Добрич" АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

На 08.08.2019 год. в 10.00 часа приключи последното заседание на комисията, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП със Заповед № 198 / 30.07.2019 год. на Изпълнителния директор на "МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Д-р Димитър Петров Мартинов – член на Съвета на директорите.

ЧЛЕНОВЕ:

2. Адв. Георги Стойчев Митков - юрист на граждански договор в "МБАЛ-Добрич" АД;

3. Елена Атанасова Великова – експерт обществени поръчки.

Задачата на комисията е, по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП, да разгледа и оцени офертите на участниците в процедура за възлагане за обществена поръчка тип "открита" с предмет: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на нова медицинска апаратура за "Многопрофилна болница за активно лечение–Добрич" АД.

Процедурата е открита с Решение № 24 от 19.06.2019 год. на Изпълнителния директор на дружеството, по обявление № 917309, преписка № 00083-2019-0008 в регистъра на Агенцията за обществени поръчки, обявена в Официален вестник на Европейския съюз под № 2019/S 118-289193.

1. Оферти за участие са представили участниците:

1.1. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, приета с вх. № 7917 / 29.07.2019 год. в 08.40 часа.

1.2. "ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА" ООД, приета с вх. № 7918 / 29.07.2019 год. в 08.45 часа.

1.3. "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД, приета с вх. № 7927 / 29.07.2019 год. в 12.30 часа.

1.4. "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД, приета с вх. № 7970 / 29.07.2019 год. в 15.20 часа.

2. Заседанието на комисията протече в две части - публична и закрыта.

2.1. В публичната част от заседанието комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните опаковки на участниците и оповести тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.

2.2. В закритата част от заседанието комисията:

- разгледа представените оферти и оцени съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия;

- разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки, до установяване на съответствие с изискванията на двама участници, които класира на първо и второ място.

3. В открито заседание, проведено на 30.07.2019 г. с начало 10.00 часа, комисията публично оповести съдържанието на офертите, включително предложенията на участниците по показателя за оценка.

На основание чл. 61, т. 2 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническите и ценовите предложения.

Техническите и ценови предложения бяха подписани и от явилите се представители на участниците "ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА" ООД и "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД;

4. Участниците са направили следните предложения по критерия за възлагане "най-ниска цена":

Обособена позиция №	МТИ ООД	Илан МА ООД	Вега Медикал ЕООД	Елпак Лизинг ЕООД
1. Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на СТАЦИОНАРНА ЦИФРОВА ЕХОГРАФСКА СИСТЕМА ЗА АБДОМИНАЛНА ДИАГНОСТИКА		31500.00		29850.00
2. Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 8 (осем) броя ПАЦИЕНТНИ МОНИТОРИ		1080.00 за 1 бр. / 8640.00 за 8 бр.		1090.00 за 1 бр. / 8720.00 за 8 бр.
3. Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 2 (два) броя ВАКУУМНИ АСПИРАТОРИ		1090.00 за 1 бр. / 2180.00 за 2 бр.		1190.00 за 1 бр. / 2380.00 за 2 бр.
4. Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на ДЕФИБРИЛАТОР		2180.00		2090.00
5. Доставка, въвеждане в експлоатация и		1150.00		1240.00

гаранционно поддържане на ПРЕНОСИМ 6-КАНАЛЕН ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ АПАРАТ				
6. Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 2 (два) броя ИНФУЗИОННА ПОМПА ЗА ВЕНОЗНО ВЛИВАНЕ НА ТЕЧНИ РАЗТВОРИ (ИНФУЗОМАТ)		1250.00 за 1 бр. / 2500.00 за 2 бр.	931.00 за 1 бр. / 1862.00 за 2 бр.	890.00 за 1 бр. / 1780.00 за 2 бр.
7. Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 6 (шест) броя СПРИНЦОВКОВА ИНФУЗИОННА ПОМПА (ПЕРФУЗОР)		790.00 за 1 бр. / 4740.00 за 6 бр.	693.00 за 1 бр. / 4158.00 за 6 бр.	785.00 за 1 бр. / 4710.00 за 6 бр.
8. Доставка на медицинска апаратура за надграждане на налична СИСТЕМА ЗА ДИАГНОСТИЧНА И ОПЕРАТИВНА АРТРОСКОПИЯ, производство на Richard Wolf, Германия, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане	40690.00			

5. В закрито заседание комисията провери съответствието на техническите предложения на участниците с предварително обявените условия, при което установи несъответствия, даващи основания да предложи на възложителя отстраняването на участници, по обособени позиции, с мотиви и на основания, както следва:

5.1. "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД:

5.1.1. По обособена позиция № 6: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 2 (два) броя ИНФУЗИОННА ПОМПА ЗА ВЕНОЗНО ВЛИВАНЕ НА ТЕЧНИ РАЗТВОРИ (ИНФУЗОМАТ):

По тази обособена позиция участникът е предложил доставката на изделие Марка: Biolight, Модел: P600, Производител: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd., Година на производство: 2019 г.

Изделието не съответства на изискванията на възложителя по следните параметри и причини:

№	Технически изисквания към доставяната медицинска апаратура	Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в кол.2
1	2	4
2	Инфузионен обхват: от 0 до 9999.99 мл	Не съответства. В продуктивния каталог P600 е посочен инфузионен обхват от 0.1 до 9999 мл
3	Болус: от 50 до 800 мл в стъпка от 0.1 мл / час	Не съответства. В продуктивния каталог P600 е посочен болус от 100 до 1500 мл в стъпка от 0.1 мл / час
8	Памет: до 1000 събития	Не съответства.

	В продуктивния каталог Р600 е посочено "Памет на параметрите на настройката на последната операция", след което ръчно е добавено "до 1000". Комисията приема, че предложението е за запаметяване на параметрите на последната операция, а не за памет като брой събития. Капацитетът на паметта не може да установи от продуктивния каталог, а е написан на ръка, което не удостоверява истинността му.
--	---

Комисията предлага на възложителя участникът "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД да бъде отстранен от участие по **обособена позиция № 6**: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 2 (два) броя ИНФУЗИОННА ПОМПА ЗА ВЕНОЗНО ВЛИВАНЕ НА ТЕЧНИ РАЗТВОРИ (ИНФУЗОМАТ), на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, по отношение съответствието на предлаганата медицинска апаратура с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

5.1.2. **По обособена позиция № 7**: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 6 (шест) броя СПРИНЦОВКОВА ИНФУЗИОННА ПОМПА (ПЕРФУЗОР):

По тази обособена позиция участникът е предложил доставката на изделие Марка: Biolight, Модел: P500, Производител: Guangdong Biolight Meditech Co.Ltd., Година на производство: 2019 г.

Изделието не съответства на изискванията на възложителя по следните параметри и причини:

№	Технически изисквания към доставяната медицинска апаратура	Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в кол.2
1	2	4
1	Вградена функция "телесно тегло" за точно определяне на лекарствената доза спрямо теглото на пациента	Не съответства. В продуктивния каталог P500 липсва посочване на Вградена функция "телесно тегло". Участникът е отбелязал наличието на този показател в раздела "Режим на инжектиране", но това посочване се отнася до режима на работа "Телесно тегло" (Weight Mode), а не до вградена функция.
9	Вградена батерия с възможност за непрекъсната инфузия не по-малко от 8 часа	Не съответства. В продуктивния каталог P500 е посочено време за работа на батерията 7 часа.

Комисията предлага на възложителя участникът "ВЕГА МЕДИКАЛ" ЕООД да бъде отстранен от участие по **обособена позиция № 7**: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 6 (шест) броя СПРИНЦОВКОВА ИНФУЗИОННА ПОМПА (ПЕРФУЗОР), на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, по отношение съответствието на предлаганата медицинска апаратура с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

5.2. "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД:

5.2.1. Обособена позиция № 1: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на СТАЦИОНАРНА ЦИФРОВА ЕХОГРАФСКА СИСТЕМА ЗА АБДОМИНАЛНА ДИАГНОСТИКА.

По тази обособена позиция участникът е предложил доставката на изделие Марка: ZONCARE, Модел: ZONCARE-Q7, Производител: ZONCARE, Китай, Година на производство: Не е посочена.

В техническото се предложение участникът не е посочил годината на производство, поради което комисията не може да прецени дали предлаганото медицинско изделие отговаря на изискванията на възложителя да е произведено не по-рано от 2018 год.

В представения продуктов каталог участникът не е изпълнил изискването на възложителя, посочено в т. 3.5.2, изр.второ на Указанията за подготовка на офертата от документацията за участие, задължително да отбележи (подчертае) и номерира всеки от параметрите по колона 2 на таблицата по точка 2 от съответния задължителен образец на Техническото предложение Приложение № 2.1 – 2.8 така, че по ясен начин да се установи наличието на съответните функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка.

Въпреки установеното неизпълнение на изискванията, комисията провери съответствието на изделието, включително чрез проверка от официални източници

(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiQ-ryX1PDjAhWDepoKHe38AWEQFjAPegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fcdn1.npcdn.net%2Fuserfiles%2F17583%2Fattachment%2F1875780%2F20180111_e401f41befecdb3a5add116ff926fd3d%2FZoncare_Q7_Specifacation_.pdf&usg=AOvVaw32zO1Vd2qMAZTeMgeeoFI4), при което установи частично несъответствие между представения от участника

продуктов каталог и каталога на изделието, публикуван в интернет.

Изделието не съответства на изискванията на възложителя по следните параметри и причини:

№	Технически изисквания към доставяната медицинска апаратура	Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в кол.2
1	2	4
4	Възможност за регулиране на височината на контролния панел	Не съответства. Комисията не установи наличието на възможност за регулиране на контролния панел по височина
6	Възможност за програмиране на потребителски макроси – запис на последователно използвани операции, които да се стартират с едно натискане на бутона	Не съответства. Комисията не установи наличието на възможност за програмиране на потребителски макроси – запис на последователно използвани операции, които да се стартират с едно натискане на бутона
7	Възможност за настройка на размера на зоната за ехографския образ върху дисплея на монитора – най-малко 3 степени, вкл. ехографски образ на цял екран	Не съответства. Комисията не установи наличието на възможност за настройка на размера на зоната за ехографския образ върху дисплея на монитора – най-малко 3 степени, вкл. ехографски образ на цял екран.
8	Наличие на интерфейси – USB, LAN, WI-FI, Bluetooth, HDMI	Не съответства. Комисията не установи наличието на интерфейси – WI-FI, Bluetooth и HDMI

10	Възможност за подреждане на поставките за трансдюсери и ехографски гел. Възможност за сваляне, с цел почистване и дезинфекция	Не съответства. Комисията не установи наличието на възможност за подреждане на поставките за трансдюсери и ехографски гел. Възможност за сваляне, с цел почистване и дезинфекция
13	Възможност за дистанционно сервизно обслужване по интернет	Не съответства. Комисията не установи наличието на възможност за дистанционно сервизно обслужване по интернет
16	Дълбочина на сканиране не по-малко от 40 см	Не съответства. Участникът е посочил, че съответствието по този показател се намира на 2 страница на продуктивния каталог. На посоченото място комисията не установи наличието на този показател. След проверка в спецификацията на изделието, публикувана в интернет, комисията установи, че по този параметър същото не съответства на изискванията, тъй като максималната дълбочина на сканиране е 220 мм.
23.1	Конвексен трансдюсер за абдоминална ехография с минимален честотен обхват от 1 до 7 MHz	Не съответства. Участникът не е посочил на коя страница на продуктивния каталог се намира съответствието по този параметър. След проверка в спецификацията на изделието, публикувана в интернет комисията установи, че по този параметър същото не съответства на изискванията, тъй като е с минимален честотен обхват от 2 до 6 MHz
23.3	Работна станция на външна компютърна система с интерфейс, идентичен на програмата на ехографа. Възможност за инсталация на няколко компютъра едновременно	Не съответства. Участникът не е посочил на коя страница на продуктивния каталог се намира съответствието по този параметър. Комисията не установи наличието на работна станция с интерфейс, идентичен с програмата на ехографа и възможност за инсталиране на няколко компютъра едновременно.

Комисията предлага на възложителя участникът **"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД** да бъде отстранен от участие по **обособена позиция № 1: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на СТАЦИОНАРНА ЦИФРОВА ЕХОГРАФСКА СИСТЕМА ЗА АБДОМИНАЛНА ДИАГНОСТИКА**, на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, по отношение съответствието на предлаганата медицинска апаратура с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

5.2.2. Обособена позиция № 4: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на ДЕФИБРИЛАТОР:

По тази обособена позиция участникът е предложил доставката на изделие Марка: BIOPROMED, Модел: DF200A, Производител: PROMED, Китай, Година на производство: 2018 г.

Изделието не съответства на изискванията на възложителя по следните параметри и причини:

№	Технически изисквания към	Съответствие на предлаганото оборудване с
---	---------------------------	---

1	2	4
5	Превключване на отделните стъпка чрез взаимно изключващи се бутони	Не съответства. Комисията не установи наличието на възможност за превключване на отделните стъпка чрез взаимно изключващи се бутони.
7	Автоматичен тест за откриване на грешки	Не съответства. Комисията не установи наличието на автоматичен тест за откриване на грешки.

Комисията предлага на възложителя участникът **"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД** да бъде отстранен от участие по **обособена позиция № 4**: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на ДЕФИБРИЛАТОР, на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, по отношение съответствието на предлаганата медицинска апаратура с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

5.2.3. По обособена позиция № 5: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на ПРЕНОСИМ 6-КАНАЛЕН ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ АПАРАТ:

По тази обособена позиция участникът е предложил доставката на изделие Марка: VCOMIN, Модел: ECG-8062, Производител: VCOMIN, Китай, Година на производство: 2018 г.

Изделието не съответства на изискванията на възложителя по следните параметри и причини:

№	Технически изисквания към доставяната медицинска апаратура	Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в кол.2
1	2	4
8	Вградена батерия с възможност за работа в режим на готовност не по-малко от 4 часа	Не съответства. Посочено е наличието на вградена Li-Ion батерия, без да е посочена възможността ѝ за работа в режим на готовност не по-малко от 4 часа.
9	Вътрешна памет за не по-малко от 1000 ЕКГ записа	Не съответства. Посочена е възможност за съхранение на данни за 250 пациента (разширяема). Възможността да се разширява паметта не покрива изискването стандартно да съществува възможността да се съхранят не по-малко от 1000 ЕКГ записа

Комисията предлага на възложителя участникът **"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД** да бъде отстранен от участие по **обособена позиция № 5**: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на ПРЕНОСИМ 6-КАНАЛЕН ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ АПАРАТ, на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, по отношение съответствието на предлаганата медицинска апаратура с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

5.2.4. По обособена позиция № 6: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 2 (два) броя ИНФУЗИОННА ПОМПА ЗА ВЕНОЗНО ВЛИВАНЕ НА ТЕЧНИ РАЗТВОРИ (ИНФУЗОМАТ):

По тази обособена позиция участникът е предложил доставката на изделие Марка: НК-100, Модел: НК-100П, Производител: HAWKMED, Китай, Година на производство: 2018 год.

Изделието не съответства на изискванията на възложителя по следните параметри и причини:

№	Технически изисквания към доставяната медицинска апаратура	Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в кол.2
1	2	4
3	Болус: от 50 до 800 мл в стъпка от 0,1 мл / час	Не съответства. Посочената скорост в режим болус(ударна доза) е от 300 до 1200 мл / час
6	Точност на инфузията; $\pm 3\%$	Не съответства. Посочена е инфузна точност : $\pm 5\%$
9	Вградена батерия с възможност за непо-малко от 5 часа непрекъсната инфузия	Не съответства. Посочено е наличието на акумулаторна литиево полимерна батерия, която може да работи повече от 3 часа след пълен заряд при 25 ml/h.
10	Дръжка за удобно пренасяне	Не съответства. На снимката на изделието в продуктивния каталог не се визуализира наличието на дръжка за удобно пренасяне. Посочено е единствено наличието на въртяща скоба за закрепване.

Комисията предлага на възложителя участникът "ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД да бъде отстранен от участие по **обособена позиция № 6:** Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 2 (два) броя ИНФУЗИОННА ПОМПА ЗА ВЕНОЗНО ВЛИВАНЕ НА ТЕЧНИ РАЗТВОРИ (ИНФУЗОМАТ), на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, по отношение съответствието на предлаганата медицинска апаратура с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

5.2.5. По обособена позиция № 7: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 6 (шест) броя СПРИНЦОВКОВА ИНФУЗИОННА ПОМПА (ПЕРФУЗОР)

По тази обособена позиция участникът е предложил доставката на изделие Марка: WIT, Модел: WIT-301A, Производител: WIT MEDICAL, Китай, Година на производство: 2018 год.

Изделието не съответства на изискванията на възложителя по следните параметри и причини:

№	Технически изисквания към доставяната	Съответствие на предлаганото оборудване с
---	---------------------------------------	---

	медицинска апаратура	изискванията, посочени в кол.2
1	2	4
1	Вградена функция "телесно тегло" за точно определяне на лекарствената доза спрямо теглото на пациента	Не съответства. Комисията не установи наличието на вградена функция "телесно тегло" за точно определяне на лекарствената доза спрямо теглото на пациента

Комисията предлага на възложителя участникът **"ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД** да бъде отстранен от участие по **обособена позиция № 7**: Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 6 (шест) броя СПРИНЦОВКОВА ИНФУЗИОННА ПОМПА (ПЕРФУЗОР), на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, по отношение съответствието на предлаганата медицинска апаратура с изискванията на възложителя, посочени в техническата спецификация.

6. Комисията оцени офертите на участниците съгласно избрания критерий за възлагане "най-ниска цена", след което разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки, до установяване на съответствие с изискванията на участниците, които следва да бъдат класирани на първо и второ място.

7. Комисията прие, че всички класирани участници отговарят на изискванията на възложителя, свързани с личното състояние и критериите за подбор.

8. Комисията класира участниците по следния начин:

Обособена позиция №	МТИ ООД	Илан МА ООД	Елпак Лизинг ЕООД
1. Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на СТАЦИОНАРНА ЦИФРОВА ЕХОГРАФСКА СИСТЕМА ЗА АБДОМИНАЛНА ДИАГНОСТИКА		Първо място	
2. Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 8 (осем) броя ПАЦИЕНТНИ МОНИТОРИ		Първо място	Второ място
3. Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 2 (два) броя ВАКУУМНИ АСПИРАТОРИ		Първо място	Второ място
4. Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на ДЕФИБРИЛАТОР		Първо място	
5. Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на ПРЕНОСИМ 6-КАНАЛЕН ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФСКИ АПАРАТ		Първо място	
6. Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 2 (два) броя ИНФУЗИОННА ПОМПА ЗА ВЕНОЗНО ВЛИВАНЕ НА ТЕЧНИ РАЗТВОРИ (ИНФУЗОМАТ)		Първо място	
7. Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на 6 (шест) броя СПРИНЦОВКОВА ИНФУЗИОННА ПОМПА (ПЕРФУЗОР)		Първо място	

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

8. Доставка на медицинска апаратура за надграждане на налична СИСТЕМА ЗА ДИАГНОСТИЧНА И ОПЕРАТИВНА АРТРОСКОПИЯ, производство на Richard Wolf, Германия, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане	Първо място		
---	-------------	--	--

9. На основание чл. 67, ал. 6, във вр. с ал. 8, т. 1 от ЗОП комисията препоръчва на възложителя да не се изисква при сключването на договора с "ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА" ООД Сертификат за система за управление на качеството EN ISO 9001: 2015.

10. Комисията предлага на възложителя да се сключат договори за изпълнение на обществената поръчка с участниците, класирани на първо място, както са посочени в точка 8.

Докладът се подписва от всички членове на комисията и се предаде на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация на 08.08.2019 год. в 16.00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.....

(Д-р Димитър Петров ~~Муртинов~~)

ЧЛЕНОВЕ:

2. ...

(Адв. Георги Стойчев ~~Литков~~)

3.....

(Елена Атанасова ~~Реликова~~)

УТВЪРЖДАВАМ:.....

Д-р СВЕТОЗАР БАЙЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

*На основание чл. 36 а. ал. 3
от ЗОП*