



## ЗАПОВЕД

№ 7/ 12.01.2016 год.

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и чл. 101а и сл. от ЗОП и предвид необходимостта от доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура - неонатален респиратор за „Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич“ АД гр. Добрич

## ЗАПОВЯДВАМ:

1. Да се съберат оферти с публикуване на покана при условията и по реда на Глава осма „а“ от ЗОП за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура - неонатален респиратор за „Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич“ АД гр. Добрич.

2. Доставката да се осъществи при условията, посочени в одобрената публична покана и документацията към нея.

3. Изборът на изпълнител да се извърши по критерия за възлагане „Най-ниска цена“.

4. Назначавам комисия за получаването, разглеждането и оценката на офертите, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Елена Атанасова Великова- експерт обществени поръчки

ЧЛЕНОВЕ:

Д-р Йовка Димитрова Гихонова- началник отделение Неонатология

адв. Георги Стойчев Митков – юрист на граждански договор в лечебното заведение.

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН- Даниела Михайлова- главен счетоводител

5. След получаването на офертите, членовете на комисията да представят декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 – 4 от ЗОП.

6. Определям срок и място за получаване на офертите на участниците: 22.01.2016 год. – 16.00 часа. гр. Добрич, ул. "П. Хитов" 24, управление на "МБАЛ-Добрич" АД. Определям срок на валидност на публичната покана: 22.01.2016 год.

7. Отварянето на офертите, при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, да се извърши на 25.01.2016 год., 09.00 часа в гр. Добрич, ул. "П. Хитов" 24, управление на "МБАЛ-Добрич" АД.

8. Определям срок за работата на комисията 28.02.2016 год.

9. Одобрявам публичната покана, документацията за участие, проекта за договор и съобщението до средствата за масово осведомяване по чл. 101б, ал. 3, във вр. с чл. 27, ал. 2, изр. посл. от ЗОП.

10. Цялата документация, свързана с публичната покана да се публикува на профила на купувача в сайта на лечебното заведение в един и същи ден с публикуването на поканата на Портала за обществени поръчки.

11. В деня на публикуването съобщение за поканата да се изпрати до следните средства за масово осведомяване по смисъла на § 1, т. 28а от ДР на ЗОП.

12. Всички документи, свързани с възлагане на поръчката да се съхраняват за срок три години, след приключването на изпълнението на договора.

Д-р ТРИФОН ЙОРДАНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



ОДОБРЯВАМ:

Д-Р ТРИФОН ЙОРДАНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

## **ДОКУМЕНТАЦИЯ**

*за определяне на изпълнител на  
доставка, въвеждане в експлоатация и  
гаранционна поддръжка на нова  
медицинска апаратура - неонатален  
респиратор за Неонатологично  
отделение на*

**“МБАЛ-ДОБРИЧ” АД,**

*чрез публична покана, по реда на  
Глава осма „а” от ЗОП*

**2016 г.**

**гр. ДОБРИЧ**

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –  
ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ул. “Панайот Хинов” 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblba@bergon.net



**С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е**

**на документацията за участие в процедура за възлагане на  
поръчка по реда и при условията на Глава осма „а” от ЗОП**

1. Публична покана;
2. Оферта за изпълнение на поръчката - задължителен образец;
3. Проект на договор.



## ПУБЛИЧНА ПОКАНА

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДОБРИЧ" АД  
тел. 058 600160. лице за контакт Елена Григорова  
E-mail: oblb@bergon.net  
Място/места за контакт: гр. Добрич, ул. "П.Хитов" 24  
Интернет адрес/и: www.mbal-dobrich.com  
Основен адрес на възлагания орган/възложител: www.mbal-dobrich.com  
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal-dobrich.com/

### ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Доставка

### КРАТКО ОПИСАНИЕ

Доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура - неонатален респиратор (апарат за съвременна апаратна диагностика на новородени деца с ниско и екстремно ниско тегло, доносени деца и деца до 20 кг) за Неонатологично отделение на "МБАЛ-Добрич" АД

**КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК CPV:**  
33157000

Описание: Оксигенотерапия и респираторно подпомагане

### КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ

1 брой

### ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ

24 000 BGN без ДДС

### МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

гр. Добрич, ул. "П.Хитов" 24, "МБАЛ-Добрич" АД.  
NUTS  
BG332

### ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

#### 1. Общи изисквания за качество на медицинската апаратура:

- 1.1. Да отговоря на изискванията на чл. 82, ал. 1 от Закона за медицинските изделия (ЗМИ).
- 1.2. Да има инструкция за употреба на български език.
- 1.3. Медицинската апаратура да е фабрично нова, неупотребявана, нерещиклирана, недемонстрационна и произведена не по-рано от 2014 год.
- 1.4. Да има гаранционен срок не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от доставката и въвеждането в експлоатация.

**2. Технически изисквания към медицинската апаратура:** Посочени в колона 1 на таблицата по точка 2 от задължителния образец на документа „Оферта за изпълнение на поръчката”.

**3. Срок за доставка и въвеждане в експлоатация:** Не повече от 60 (шестдесет) календарни дни от сключването на договора.



#### **4. Срокове на плащане:**

4.1. Първа вноска в размер на 50 % от продажната цена - в 3-дневен срок от сключването на договора:

4.2. Втора вноска в размер на 50 % от продажната цена - в срок до 60 дни след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката и въвеждането в експлоатация.

#### **5. Изисквания към изпълнителите:**

5.1. Да са физически или юридически лица, както и техни обединения, регистрирани като търговци по ТЗ или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

5.2. Да са търговци на едро с медицински изделия или производители на медицински изделия, установени на територията на Република България.

5.3. Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, което се удостоверява при сключването на договора с документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 41, ал. 1, т. 1 от ЗОП, и с декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

5.4. Да прилагат и поддържат система за управление на качеството ISO 9001 в областта на търговията с медицинска апаратура и/или система за управление на качеството ISO 13485/13488 и/или еквивалентна.

#### **КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ**

Най-ниска цена

#### **ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**

#### **СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ**

22.01.2016 год. - 16.00 часа

#### **ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ**

Не

#### **ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

1. До оценяване се допускат само предложения, отговарящи на зададените от възложителя задължителни технически изисквания, посочени в колона I на таблицата по точка 2 от задължителния образец на документа „Оферта за изпълнение на поръчката“.

2. При равни цени, предложени от различни участници, на основание чл. 71, ал. 5, т. 2 от ЗОП, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който участникът посочва наименованието си, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. В плика се поставят следните документи на български език или придружени с превод на български език, в оригинал или копия, заверени от участника с „вярно е оригинала“:

3.1. Оферта за изпълнение на поръчката - по задължителен образец.

3.2. Посочване в задължителния образец на офертата на единен идентификационен код на участника съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –  
ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ул. "Панаџот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net



и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен.

3.3. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Разрешение или удостоверение не се изисква от производителите на медицински изделия, установени на територията на Република България.

3.4. Сертификат за прилагане и поддържане на система за управление на качеството ISO 9001 в областта на търговията с медицински изделия и/или система за управление на качеството ISO 13485/13488 и/или еквивалентна.

3.5. Проспекти, каталози, продуктови листи или други равнозначни документи на производителя, преведени на български език, доказващи съответствието на предложението с изискванията към неонаталния респиратор /технически и други параметри/: функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка. В тези документи участникът **задължително** трябва да отбележи (подчертае) и номерира всеки от параметрите по колона 1 на таблицата по точка 2 от задължителния образец на документа „Оферта за изпълнение на поръчката“ така, че да става ясно наличието на съответните функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка.

5. Дата, час, място и условия при отварянето на офертите: 25.01.2016 год., 09:00 часа; управление на "МБАЛ-Добрич" АД, гр. Добрич, ул. "П.Хитов" 24.

6. Срок за валидност на офертите: Не по-кратък от 30 дни от крайния срок за получаване на офертите.

**СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА**

22.01.2016 год.



*Задължителен образец*

**ОФЕРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

**за доставка, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нова медицинска апаратура - неонатален респиратор за Неонатологично отделение на "МБАЛ-Добрич" АД**

от .....  
със седалище в .....община.....и адрес на управление.....  
ЕИК / БУЛСТАТ.....  
представяван от .....

**ПРЕДЛАГАМ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:**

1. Доставка на неонатален респиратор (апарат за съвременна апаратна диагностика на новородени деца с ниско и екстремно ниско тегло, доносени деца и деца до 20 кг):

Марка.....  
Модел.....  
Производител:.....  
Година на производство:.....

2. Изисквания към неонаталния респиратор (техническа спецификация) и съответствие на предлаганата медицинска апаратура с изискванията:

Изисквания към неонаталния респиратор (технически и други параметри: функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка)	Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на оферирания медицинска апаратура	Страница от каталог, проспект, продуктов лист или друг документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението с изискванията по кол. 1
1	2	3
1. Принцип на вентилация: Постоянен поток, циклиран по време и лимитиран по налягане		
2. Режими на вентилация:		
2.1. Конвенционална вентилация: IPPV/IMV, CPAP		
2.2. Тригерирана вентилация: IMV, PSV		

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –  
ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ул. “Панайот Хитов” 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: obllv@bergon.net



2.3. Синхронизирана мандаторна вентилация: SIMV, SIPPV		
2.4. Вентилация с гарантиран обем: Pressure Support Ventilation/Volume Guarantee, приложена в режими SIMV, SIPPV, PSV		
2.5. Да има възможност за надграждане с високо честотна вентилация – High Frequency, която работи при режими CPAP и IMV		
2.6. Автоматична адаптация на лекажа/утечките		
2.7. Обдишване през маска или пронгче в режим CPAP /назален CPAP/		
2.8. Допълнителна настройка на непрекъснат експираторен поток, независимо от непрекъснатия инспираторен поток		
<b>3. Минимални параметри:</b>		
3.1. Инспираторна концентрация на O <sub>2</sub> : 21 - 100 %		
3.2. Инспираторно налягане: 10 - 80 bar		
3.3. PEEP/CPAP: 0 - 25 mbar		
3.4. Инспираторно време: 0.1 – 2.0 sek		
3.5. Експираторно време: 0.2 – 30.0 sek		
3.6. Инспираторен поток: 1 – 30 l/min		
3.7. Базов поток: 1 – 30 l/min		
3.8. Максимална честота на вентилация: 200 bpm		
3.9. Време за алармиране на апнея: 5 – 20 sec		
3.10. Тахипнея: 20 – 200 bpm		
3.11. Тригерна чувствителност: 0.02 – 3 mL		
<b>4. Мониториране на:</b>		
4.1. Инспираторна кислородна концентрация		
4.2. Вентилационни обеми (дихателен обем, минутна вентилация, лекаж, спонтанен минутен обем)		



“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –  
ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ул. "Панайот Хинов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblba@bergon.net



4.3. Параметри на белодробната механика: динамичен къмплаяне на респираторната система, резистанс на дихателните пътища и ЕТ-тубус, времева константа на респираторната система, индекс на свръхраздуване – C20/C		
4.4. Налягане в дихателните пътища: Peak, PEEP, Pmean		
4.5. Криви на поток и налягане в реално време		
4.6. 24-часов тренд за инспираторна кислородна концентрация, усреднено налягане в дихателните пътища, минутен обем, къмплаяне, резистанс, RVP (съотношение честота:дихателен обем)		
4.7. Стойности на налягането и обема за всеки дихателен цикъл		
<b>5. Наличие на аларми за:</b>		
5.1. Инспираторна кислородна концентрация		
5.2. Дисконекция		
5.3. Високо инспираторно налягане		
5.4. Високо/ниско CPAP налягане		
5.5. Блокиран тубус		
5.6. Прегънат пациентен шланх		
5.7. Нисък дихателен обем		
5.8. Минутен обем		
5.9. Апнея		
5.10. Тахипнея		
<b>6. Запис на последните 100 аларми</b>		
<b>7. Окомплектовка:</b>		
7.1. Микропроцесорен овлажнител за затопяне и овлажняване на въздуха към пациента		
7.2. Количка с поне 2 (две) заключващи се колела		
7.3. Рамо за пациентните шлангове		
7.4. Пълен комплект пациентни шлангове за многократна употреба и сензори		

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –  
ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ул. “Панайот Хигов” 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblba@bergon.net



**УКАЗАНИЯ за попълване на таблицата по точка 2:**

1. На всеки ред в колона 2 участникът трябва да попълни параметрите на офериранията от него медицинска апаратура.

2. На всеки ред в колона 3 участникът трябва да посочи страницата от проспекта, каталога, продуктивния лист или друг равнозначен документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението му с изискванията по колона 1. На съответната страница на документа участникът задължително трябва да отбележи (подчертае) и номерира всеки от параметрите по колона 1 така, че да става ясно наличието на съответните функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка

3. Ценово предложение: ..... (.....) лева без ДДС.

4. Срок за гаранционно поддържане, но не по-кратък от 12 месеца: .....(.....) календарни месеца.

5. Срок за доставка и въвеждане в експлоатация (не повече от 60 календарни дни): .....(.....) календарни дни от сключването на договора.

6. Срок на валидност на офертата, но не по-кратък от 30 дни от крайния срок за получаване на офертите: .....(.....) календарни дни.

(Срокът за валидност на офертата е времето, през което кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти.)

7. ДЕКЛАРИРАМ, че предлаганата медицинска апаратура е фабрично нова, неупотребявана, нерестриктирана и недемонстрационна.

8. ДЕКЛАРИРАМ, че приемам условията в проекта за договор.

9. При сключването на договора се задължавам да представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (свидетелства за съдимост на лицата, представляващи участника) и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:.....

( име, фамилия, длъжност и печат)



## ПРОЕКТ

## ДОГОВОР

Днес.....2016 год. в гр. Добрич, на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки, след избор на изпълнител на обществена поръчка при условията и по реда на Глава осма "а" от ЗОП, по публична покана, публикувана в АОП под №..... се сключи настоящият договор между:

..... със седалище в  
.....и адрес на управление.....  
ЕИК..... представляван от.....  
..... в качеството му на..... като  
изпълнител по договор за обществена поръчка, наричан ПРОДАВАЧ и

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ–ДОБРИЧ” АД  
гр. Добрич, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. “Панайот Хитов” № 24, тел. 058/ 600 160, факс: 058/600 414, e-mail: [oblb@bergon.net](mailto:oblb@bergon.net), БУЛСТАТ: 124141302,  
представявано от Д-р Трифон Владимиров Йорданов – Изпълнителен директор на дружеството, наричано КУПУВАЧ

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

### ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 1.(1) Продавачът продава на купувача нова медицинска апаратура, представляваща **неонатален респиратор** (апарат за съвременна апаратна диагностика на повородени деца с ниско и екстремно ниско тегло, доносени деца и деца до 20 кг), марка.....модел..... производител.....

(2) Предмет на договора, освен доставката по ал. 1 е въвеждането в експлоатация и гаранционното поддържане на медицинската апаратура.

(3) Въвеждането в експлоатация включва всички необходими дейности по превеждането на медицинската апаратура в състояние, годно за ползване по предназначение и първоначално обучение на персонала, като се спазват всички технически, санитарни и противопожарни правила и норми, приложими към дейността.

(4) Гаранционното поддържане на медицинската апаратура включва всички необходими дейности по сервизното обслужване, поддръжката и отстраняването на възникналите повреди на медицинската апаратура, възникнали в срока по чл. 6.

Член 2. Цената на доставяната медицинска апаратура е .....

Член 3. Дължимата на продавача сума ще бъде платена от купувача по банковата сметка на продавача по начин и в срок, както следва:

1. Първа вноска в размер на 50 % от продажната цена - .....лева с ДДС - в 3-дневен срок от сключването на договора;

2. Втора вноска в размер на 50 % от продажната цена - .....лева с ДДС – в срок до 60 дни след подписване на приемо-предавателен протокол за доставката и въвеждането в експлоатация.

### СРОКОВЕ

Член 4. Срокът за доставката и въвеждането в експлоатация е ..... от сключването на договора.

Член 5. Гаранционният срок на доставената медицинска апаратура е ..... календарни месеца от доставката и въвеждането в експлоатация.

# “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ул. “Панайот Хитов” 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblba@bergon.net



Член 6. Срокът за извършване на ремонти в периода на гаранционно поддържане е 7 (седем) календарни дни от заявяването. Заявяването може да става писмено по факс или електронна поща, както и по телефона.

## МЯСТО НА ИЗГЪЛНЕНИЕ И ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Член 7. За място на доставяне на медицинската апаратура се определя “МБАЛ-Добрич” АД, гр. Добрич, ул. “Панайот Хитов” 24.

Член 8. Собствеността върху доставяната медицинска апаратура и рискът от пълното или частичното ѝ погиване преминава върху купувача от момента на приемането ѝ на мястото на доставяне с приемо-предавателен протокол или друг равнозначен документ.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

Член 9. Продавачът е длъжен да достави медицинска апаратура, която отговаря на изискванията, посочени в техническата спецификация и параметрите на предложението му за участие в обществената поръчка.

Член 10. Продавачът е длъжен да представи цялата техническа документация за медицинската апаратура и да запознае персонала на купувача, които ще ползва апаратурата, с начина на действие, правилата за експлоатация и за безопасна работа.

Член 11. Продавачът е длъжен да извършва дейностите по договора чрез квалифицирани специалисти, като удостоверява квалификацията им със съответните документи (дипломи, сертификати и други подобни).

Член 12. За дейностите, които продавачът извършва в гаранционния срок, същият е длъжен да издаде протокол. При необходимост от демонтаж на отделни възли и агрегати с цел ремонтването и/или замаяната им извън лечебното заведение, страните подписват двустранен протокол, в който описват кос лице и кои възли и агрегати изнася.

Член 13. Продавачът е длъжен да издаде в срок фактура за доставената медицинска апаратура.

## ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Член 14.(1) Купувачът има право да проверява съответствието и комплектността на доставената медицинска апаратура.

Член 15. Купувачът е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина и в срока, определени в настоящия договор.

Член 16. Купувачът е длъжен:

1. да окаже необходимото съдействие на продавача при приемането и пускането в експлоатация на медицинската апаратура.

2. да оказва необходимото съдействие на продавача при осъществяването на всички дейности в срока на гаранционното обелужване.

3. при признаци за повреда в медицинската апаратура, да нареди преустановяването на работата с нея и да уведоми продавача.

4. при отстраняването на възникналите повреди, да осигури на специалистите на продавача нормални условия за работа, изразяващи се в добро осветление, нормално електрическо захранване, зануляване на контактите в работните помещения и други подобни.

5. да допуска до работа с медицинската апаратура само квалифициран персонал.

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –  
ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ул. “Панаџот Хитов” 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblba@bergon.net



6. да спазва инструкциите на производителя на медицинската апаратура и на продавача за правилна експлоатация.

7. да не допуска в гаранционния срок извършването на ремонтни работи от неоторизирани лица, освен от специалистите на продавача или от упълномощен негов представител.

### НЕУСТОЙКИ

Член 17. При забава на доставката на медицинската апаратура, продавачът дължи на купувача обезщетение за забава в размер на 0.1 % за всеки просрочен ден, изчислено върху платената до момента цена.

Член 18.(1) При забава в осъществяването на дейностите по гаранционното обслужване след срока по чл. 7, продавачът дължи на купувача обезщетение за забава в размер на 0.1 % за всеки просрочен ден, изчислено върху стойността на договора.

(2) При забава в осъществяването на дейностите по гаранционното обслужване с повече от 5 дни след срока по чл. 6, купувачът има право да иска обезщетение в пълен размер на вредите, които е претърпял в резултат на неизпълнение на договора.

Член 19. При забава на плащане от страна на купувача, последният дължи на продавача неустойка, в размер на законната лихва.

Член 20. Купувачът може да удържа начислените за неустойки суми от всяко дължимо по договора плащане.

### ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 21. Договорът се прекратява:

1. с изтичане на срока на гаранционното поддържане.
2. при системно неизпълнение на задълженията по гаранционното поддържане. Под системно неизпълнение се разбира такова, извършени два или повече пъти в рамките на един календарен месец, или повече от три пъти в рамките на срока на договора.
3. от купувача, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

### ДРУГИ УСЛОВИЯ

Член 22. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите, предвидени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

Член 23. Страните по договора ще решават възникналите по изпълнението спорове по взаимно съгласие, а ако това е невъзможно по реда на ГПК пред родово компетентния срок в гр. Добрич.

Член 24. За всички неуредени по настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, ЗМИ, ЗЗД, ГЗ и другите нормативни актове, регулиращи дейността.

Член 25.(1) За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат адресите, посочени в началото на договора.

(2) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от промяната.

При съставяне на настоящият договор се представиха следните документи:

.....

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –  
ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ул. "Нанайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail oblb@bergon.net



Неразделна част от договора е офертата за изпълнение на продавача, подадена при определянето му за изпълнител при условията и по реда на Глава осма "а" от ЗОП.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, един за продавача и два за купувача.

ПРОДАВАЧ:

КУПУВАЧ: