

## П Р О Т О К О Л

№ 1 / 13 март 2019 год.

**за разглеждането на офертите на участниците в процедура тип "открита" за доставка на оборудване за отделение "Съдебна медицина" на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД**

Днес, 13.03.2019 год. в "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД, гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24, по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП, се разгледаха и оцениха офертите на участниците в процедура за възлагане за обществена поръчка тип "открита" с предмет: Доставка на оборудване за отделение "Съдебна медицина" на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД.

Процедурата е открита с Решение № 4 от 04.02.2019 год. на Изпълнителния директор на дружеството, по обявление № 892307, преписка № 00083-2019-0001 в регистъра на Агенцията за обществени поръчки, обявена в Официален вестник на Европейския съюз под № 2019/S 026-057320.

Разглеждането се проведе от комисия, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП със Заповед № 73 / 13.03.2019 год. на Изпълнителния директор на "МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** 1. Д-р Бисер Янков Ботев – заместник-директор медицински дейности;

**ЧЛЕНОВЕ:**

2. Адв. Георги Стойчев Митков - юрист на граждански договор в "МБАЛ-Добрич" АД;

3. Елена Атанасова Великова – експерт обществени поръчки.

1. Цел на заседанието на комисията е разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

2. Работата на комисията започна на 13.03.2019 г. в 09.00 часа, когато възложителят предаде срещу подпис на председателя на комисията протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, заедно с офертите на участниците, поставени в запечатани опаковки, приети с входящи номера, както следва:

2.1. "ГРИН БГ" ООД, приета с вх. № 2618 / 07.03.2019 год. в 15.00 часа.

2.2. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, приета с вх. № 2643 / 08.03.2019 год. в 11.00 часа.

2.3. "АКВАХИМ" АД, приета с вх. № 2659 / 11.03.2019 год. в 09.30 часа.

2.4. НОВА ГРУП ИНВЕСТМЪНТ СРЛ, приета с вх. № 2686 / 12.03.2019 год. в 09.40 часа.

2.5. "СОФИНФОРМПРОДУКТ-ГРОЗДАНОВ" ЕООД, приета с вх. № 2687 / 12.03.2019 год. в 09.45 часа.

2.6. "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД, приета с вх. № 2692 / 12.03.2019 год. в 11.35 часа.

2.7. "МУЛТИМЕД-5" ООД, приета с вх. № 2696 / 12.03.2019 год. в 12.50 часа.

3. Преди да пристъпят към отварянето на пликите с офертите, членовете на комисията, участващи в заседанието, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, подписаха и представиха на възложителя декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за прилагане на изискванията по чл. 51, ал. 8, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП.

4. При отварянето на пликите с офертите не присъстваха представители на участниците и други лица.

5. Заседанието на комисията протече в две части - публична и закрыта.

5.1. В публичната част от заседанието комисията отвори запечатаните опаковки на участниците и оповести тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по показателя за оценка на офертите.

5.2. В закрытата част от заседанието комисията:

- разгледа представените оферти, провери съответствието им на предварително обявените условия и ги оцени съгласно избрания критерий за възлагане;
- разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците и ги класира.

6. Комисията констатира, че предложенията на участниците са приети в непрозрачни запечатани опаковки, на които са посочени данните по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, след което пристъпи към отварянето на опаковките.

7. Комисията публично оповести съдържанието на офертите, включително предложението на участниците по показателя за оценка.

На основание чл. 61, т. 2 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническите и ценовите предложения.

8. Участниците са направили следните ценови предложения:

Об.позиция №	Грин БГ ООД	МТИ ООД	Аква хим АД	Нова груп инвест мьнт СРЛ	Софин форм продук т- Грозда нов ЕООД	Елпак-Лизинг ЕООД	Мулти мед-5 ООД
1. Доставка на комплект аутопсионни инструменти			727.60				
2. Доставка на осцилиращ аутопсионен трион	1750.00	1900.00	1790.00		1960.00	1638.00	
3. Доставка на количка за превоз на трупове		3625.00	4180.00				
4. Доставка на 3 бр. мобилни камери за			13500.00				



**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

съхранение на трупове							
5. Доставка на мобилна лампа лупа	X	X	X	X	X	X	X
6. Доставка на стереомикроскоп		4540.00		3999.00			
7. Доставка на хладилник с горна фризерна камера	X	X	X	X	X	X	X
8. Доставка на гинекологичен стол							3163.00
9. Доставка на хардуер			2048.00				
10. Доставка на оборудване за амбулаторен кабинет	X	X	X	X	X	X	X

9. Комисията провери съответствието на ценовите предложения на участниците с условието по точка 5 от раздела VI.3) Допълнителна информация от Обявлението за обществена поръчка: Да не надвишават максималния финансов ресурс, който възложителят може да осигури.

Ценовите предложения на участниците съответстват на изискването на възложителя.

10. Комисията провери съответствието на предложенията на участниците с Техническите спецификации от документацията за участие:

**10.1. "ГРИН БГ" ООД:**

**10.1.1. Обособена позиция № 2: Доставка на осцилиращ аутопсионен трион:**

Марка: КУГЕЛ

Модел: НВ-740

Производител: Кугел Медикал ГмбХ, Германия

Година на производство: Не по-рано от 2018 год.

10.1.1.1. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

№	Технически показатели	Технически изисквания към техническите показатели	Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на	Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в кол.3

**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

			предлаганото оборудване	
1	2	3	4	5
1	Основна конструкция от удароустойчив материал, с постоянно смазващи се лагери	наличие	Съответства	Съответства
2	Метална глава, с възможност за отделяне от основното тяло за стерилизация	наличие	Съответства	Съответства
3	Възможност за настройка на скоростта на въртене на остриетата	наличие	Съответства	Съответства
4	Захранване	230 V, 50-60 Hz	Съответства	Съответства
5	Мощност	не по-малко от 125W	Съответства	Съответства
6	Захранващ кабел	дължина не по-малко от 5 м.	Съответства	Съответства
7	Комплект остриета: - 3 бр. кръгли остриета с диаметър не-по-малък от 50 мм или - 2 бр. кръгли остриета с диаметър не-по-малък от 50 мм и 1 бр. острие за сегментно рязане	наличие	Съответства - 2 бр. кръгли остриета с диаметър 50 мм (кат.№ 020.010.215) и 1 бр. острие за сегментно рязане (кат.№ 020.010.205)	Съответства

10.1.1.2. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

90 (деветдесет) календарни дни

10.1.1.3. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

12 (дванадесет) календарни месеца.

**10.2. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД:**

**10.2.1. Обособена позиция № 2: Доставка на осцилиращ аутопсионен трион:**

Марка: Kugel

Модел: НВ-740

Производител: Kugel Medical, Германия

Година на производство: 2019 год..

10.2.1.1. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

№	Технически показатели	Технически изисквания към	Параметри (функционални,	Съответствие на предлаганото
---	-----------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------------



**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ✉ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 📧 e-mail: oblb@bergon.net

		техническите показатели	технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на предлаганото оборудване	оборудване с изискванията, посочени в кол.3
1	2	3	4	5
1	Основна конструкция от удароустойчив материал, с постоянно смазващи се лагери	наличие	Съответства	Съответства
2	Метална глава, с възможност за отделяне от основното тяло за стерилизация	наличие	Съответства	Съответства
3	Възможност за настройка на скоростта на въртене на остриетата	наличие	Съответства	Съответства
4	Захранване	230 V, 50-60 Hz	Съответства	Съответства
5	Мощност	не по-малко от 125W	Съответства	Съответства
6	Захранващ кабел	дължина не по-малко от 5 м.	Съответства	Съответства
7	Комплект остриета: - 3 бр. кръгли остриета с диаметър не-по-малък от 50 мм или - 2 бр. кръгли остриета с диаметър не-по-малък от 50 мм и 1 бр. острие за сегментно рязане	наличие	Съответства -1 бр. острие за сегментно рязане модел НВ-500; - 1 бр. острие за дълбоко рязане модел НВ-502; - 2 бр. кръгли остриета с диаметър 50 мм НВ-50 - К-т инструменти за смяна на остриетата	Съответства

10.2.1.2. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

90 (деветдесет) календарни дни

10.2.1.3. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

12 (дванадесет) календарни месеца.

**10.2.2. Обособена позиция № 3: Доставка на количка за превоз на трупове:**

Марка: Proma Reha s.r.o.

Модел H67

Производител: Proma Reha s.r.o., Чехия

Година на производство: 2018 год.

10.2.2.1. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

№	Технически показатели	Технически изисквания към техническите показатели	Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на предлаганото оборудване	Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в кол.3
1	2	3	4	5
1	Хидравлично регулиране на височината.	не по-малко от 60 до 120 см	Хидравлично регулиране на височината посредством педал от 60 до 111 см (100+11 см)	Съответства
2	Плот от неръждаема стомана с размери	не по-малко от 60 x 200 см	Отделящ се стречер с плот за пациента, изработен от монолитно парче неръждаема стомана с размери 63 x 200 см.	Съответства
3	Телескопични дръжки с автоматично заключване	наличие	Телескопични издърпващи се дръжки на стречера с автоматично заключване в различни позиции за лесно пренасяне	Съответства
4	ABS колела	4 бр. с диаметър не-по-малко от 200 мм	Колела, изработени от пластмаса с диаметър 200 мм	Съответства
5	Централна спирачка	наличие		Съответства



6	Външни размери	не повече от 75 х 210 см.	Съответства
---	----------------	------------------------------	-------------

10.2.2.2. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

90 (деветдесет) календарни дни

10.2.2.3. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

12 (дванадесет) календарни месеца.

**10.2.3. Обособена позиция № 6: Доставка на стереомикроскоп:**

Марка: Leica

Модел: EZ4W

Производител: Leica Microsystems

Година на производство: 2019 год.

10.2.3.1. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

№	Технически показатели	Технически изисквания към техническите показатели	Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на предлаганото оборудване	Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в кол.3
1	2	3	4	5
1	Вградена HD IP камера	не по-малко от 5.0 мегапиксела	Вградена Full HD IP цветна цифрова камера с разделителна способност от 5 Mpixels	Съответства
2	Вградено LED осветление	наличие	Вградено LED осветление за преминаваща и отразена светлина	Съответства
3	Вградени окуляри	10x	Вградени окуляри 10x20, фиксирани	Съответства
4	Увеличение	Не по-малко от 4:1	Плавно (zoom) увеличение 4.4:1	Съответства

**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblbg@bergon.net

5	Плавно ръчно увеличение, разположено и от двете страни на статива	наличие	Плавно ръчно увеличение, разположено и от двете страни на статива	Съответства
6	Захранващ модул	12V DC 24W / 100 - 240V AC/50 - 60Hz/ 30VA	12V DC 24W / 100 - 240V AC/50 - 60Hz/ 30VA	Съответства

10.2.3.2. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

90 (деветдесет) календарни дни

10.2.3.3. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

12 (дванадесет) календарни месеца.

**10.3. "АКВАХИМ" АД:**

**10.3.1. По обособена позиция № 1: Доставка на комплект аутопсионни инструменти:**

Марка: ДИАПАТ

Модел: Виж каталог/каталожни номера

Производител: ДИАПАТ, Италия

10.3.1.1. Комплектът включва:

Под-поз. №	Вид на инструмента	Кат. номер	Марка	Брой
1	2	3	4	5
1	Нож за югуларни вени 100 mm, метална дръжка	60205.0	брой	1
2	Голям Дисекционен нож за органи 100 mm	60202.0	брой	1
3	Дисекционен slim нож 110 mm	60207.0	брой	1
4	Скалпел метална дръжка	60218.6	брой	2
5	Игла пост-мортем, двойно извита 98 mm	60235.3	брой	1
6	Игла пост-мортем, двойно извита 110 mm	60235.4	брой	1
7	Игла пост-мортем, двойно извита 133mm	60235.6	брой	1
8	Скалпел дървена дръжка	60217.1	брой	2
9	Скалпел заоблен препаративен с усилен връх	60242.2	брой	1
10	Длето за гръбнак 320 mm	60247.1	брой	1
11	Куха анатомична пинсета	60280.0	брой	1
12	Огънати анатомични пинсети 90/110	60280.2	брой	2



**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: obl@bergon.net

	mm			
13	Остри пинсети 130 mm	60283.0	брой	5
14	Анатомични пинсети 300 mm	60285.8	брой	3
15	Пинсети издължени, с остри краища 180-200 mm	60288.3	брой	3
16	Пинсета издължена, със заоблени краища 165 mm	60289.6	брой	3
17	Пинсети хирургични 300 mm, зъби 3:4	60294.6	брой	2
18	Дръжка за скалпел, метална, неръждаема	60322.0	брой	2
19	Ножица бронхиална 170 mm	60263.0	брой	1
20	Ножица чревна, с топчест водач 270 mm	60260.1	брой	1
21	Ножица тънка, права, със затъпени върхове 150 mm	60266.0	брой	2
22	Ножица бронхиална	60268.0	брой	1
23	Ножица за мускули	60271.0	брой	2

10.3.1.2. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ: 80 (осемдесет) календарни дни

**10.3.2. По обособена позиция № 2: Доставка на осцилиращ аутопсионен трион**

Марка: КАЛТЕК  
 Модел: 4274  
 Производител: КАЛТЕК, Италия  
 Година на производство: 2018/2019 год.

10.3.2.1. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

№	Технически показатели	Технически изисквания към техническите показатели	Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на предлаганото оборудване	Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в кол.3
1	2	3	4	5
1	Основна конструкция от удароустойчив материал, с постоянно смазващи се лагери	наличие	да	Съответства
2	Метална глава, с възможност за отделяне от основното тяло за стерилизация	наличие	да	Съответства

**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

3	Възможност за настройка на скоростта на въртене на остриетата	наличие	да от 12 до 21 хил. об./мин.	Съответства
4	Захранване	230 V, 50-60 Hz	да	Съответства
5	Мощност	не по-малко от 125W	да 250 W	Съответства
6	Захранващ кабел	дължина не по-малко от 5 м.	да	Съответства
7	Комплект остриета: - 3 бр. кръгли остриета с диаметър не-по-малък от 50 мм или - 2 бр. кръгли остриета с диаметър не-по-малък от 50 мм и 1 бр. острие за сегментно рязане	наличие	да 2 бр. кръгли остриета с диаметър 50 мм и 1 бр. острие за сегментно рязане	Съответства

10.3.2.2. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

80 (осемдесет) календарни дни

10.3.2.3. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

12 (дванадесет) календарни месеца.

**10.3.3. По обособена позиция № 3: Доставка на количка за превоз на трупове:**

Марка: По задание

Модел: По задание кат. номер ZYBA172600

Производител: КЛИМАТ Инженеринг ООД;

Година на производство: 2019 год.

10.3.3.1. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

№	Технически показатели	Технически изисквания към техническите показатели	Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на предлаганото оборудване	Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в кол.3
1	2	3	4	5
1	Хидравлично регулиране на височината.	не по-малко от 60 до 120 см	Педал за напompване на хидравличен цилиндър контролиращ	Съответства



**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

			височината в обхват от 40 до 160 см.	
2	Плот от неръждаема стомана с размери	не по-малко от 60 x 200 см	да ш 678 x д 2000 x в 67 мм	Съответства
3	Телескопични дръжки с автоматично заключване	наличие	да	Съответства
4	ABS колела	4 бр. с диаметър не-по-малко от 200 мм	да	Съответства
5	Централна спирачка	наличие	да	Съответства
6	Външни размери	не повече от 75 x 210 см.	дължина 2100 мм ширина 720 мм	Съответства

**Забележка:** Количката ще бъде изработена по задание на възложителя с пълно съответствие на техническата спецификация.

10.3.3.2. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

80 (осемдесет) календарни дни

10.3.3.3. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

12 (дванадесет) календарни месеца.

**10.3.4. По обособена позиция № 4: Доставка на 3 бр. мобилни камери за съхранение на трупове:**

Марка: КХН 1.10 куб.м

Модел: LT1D1L (Low Temperature 1 Door 1 Body)

Производител: КЛИМАТ Инженеринг ООД;

Година на производство: 2019 год.

10.3.4.1. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

№	Технически показатели	Технически изисквания към техническите показатели	Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на предлаганото оборудване	Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в кол.3
1	2	3	4	5
1	Вместимост на всяка камера	единични	1 кадавър	Съответства
2	Работна температура	от 0 до -35°	от 0 до -35°	Съответства
3	Дигитален дисплей	наличие	да	Съответства

**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblbg@bergon.net

4	Полиуретанова изолация	не по-малко от 80 мм	80 мм	Съответства
5	Възможност за монтаж и демонтаж на отделните панели	наличие	да	Не се препоръчва
6	Размери	не повече от 900 x 900 x 2900 мм	900 x 900 x 2900 мм	По задание на възложителя

**Забележка:** Камерите ще бъдат изработени по задание на възложителя с пълно съответствие на техническата спецификация.

10.3.4.2. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

80 (осемдесет) календарни дни

10.3.4.3. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

12 (дванадесет) календарни месеца.

**10.3.5. По обособена позиция № 9: Доставка на хардуер**

10.3.5.1. Подпозиция 1: Доставка на компютър:

Марка: Асемблиран по спецификация на възложителя

Модел: Асемблиран по спецификация на възложителя

Производител: СММ-91 ООД

Година на производство: 2019 год.

10.3.5.2. Подпозиция 2: Доставка на монитори 2 бр.:

Марка ASUS

Модел VA249NA

Производител: ASUS

Година на производство: 2018 год.

10.3.5.3. Подпозиция 3: Доставка на лазерен принтер:

Марка XEROX

Модел PHASER 3330

Производител: XEROX

Година на производство: 2018 год.

10.3.5.4. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

№	Технически показатели	Технически изисквания към техническите показатели	Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на предлаганото оборудване	Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в кол.3
1	2	3	4	5
1	<b>Компютър</b>			
1.1	Дънна платка	SOCKET 1151, MICRO ATX, DDR4	SOCKET 1151, MICRO ATX, DDR4	Съответства
1.2	Процесор	3.0GHZ, 6MB, 65W	3.0GHZ, 6MB, 65W	Съответства



**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

		LGA1151	LGA1151	
1.3	Памет	8GB DDR4 PC4-21300 2666MHZ CL19 KVR26N19S6/4	8GB DDR4 PC4- 21300 2666MHZ CL19 KVR26N19S6/4	Съответства
1.4	Твърд диск	1TB, 7200RPM, 64MB, SATA 3	1TB, 7200RPM, 64MB, SATA 3	Съответства
1.5	SSD	2.5", 120GB, SATA3	2.5", 120GB, SATA3	Съответства
1.6	Захранване	SPIRE PEARL 550W	SPIRE PEARL 550W	Съответства
1.7	Кутия	SPIRE NEXTYDE GAMER X2-602	SPIRE NEXTYDE GAMER X2-602	Съответства
1.8	Комплектовка	Клавиатура, мишка, HDMI кабел	Клавиатура, мишка, HDMI кабел	Съответства
1.9	Възможност за свързване на два монитора		Наличие	Съответства
2	<b>Монитори 2 броя</b>			
2.1	Технология	LED/VA	LED/VA	Съответства
2.2	Диагонал	не по-малко от 21.5 инча	23.8 инча (60.5 см.)	Съответства
2.3	Резолуция	не по-малко от 1920 x 1080	1920 x 1080	Съответства
2.4	Изображение	16:9	да	Съответства
2.5	Портове	D-Sub, HDMI	D-Sub, DVI-D	Съответства
2.6	Консумирана мощност	Не повече от 26 kW	23 kW	Съответства
3	<b>Лазерен принтер</b>			
3.1	Скорост	не по-малка от 40 стр./мин	да	Съответства
3.2	Автоматичен двустранен печат	наличие	да	Съответства
3.3	Капацитет на тонер касетата	не по-малко от 8000 копия	8500 копия	Съответства
3.4	Порт	USB 2.0	да	Съответства
3.5	Опция за печат от паралелен порт	наличие	да	Съответства
3.6	LCD дисплей	наличие	да	Съответства

10.3.5.5. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

80 (осемдесет) календарни дни

10.3.5.6. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

12 (дванадесет) календарни месеца.

#### 10.4. НОВА ГРУП ИНВЕСТМЪНТ СРЛ:

##### 10.4.1. По обособена позиция № 6: Доставка на стереомикроскоп:

Марка: MICROS

Модел: LADYBIRD MZ 1240 Trinocular Stereo Microscope with Live CAM 5.0

MP

Производител: Micros Produktions – und Handelsges.m.b.H., Austria

Година на производство: след 01.2018 год.

10.4.1.1. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

№	Технически показатели	Технически изисквания към техническите показатели	Съответствие с на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в колона 3	Страница от каталог, проспект, продуктов лист или друг документ на производителя, където е посочено съответствието на предложението с изискванията по кол. 3
1	2	3	4	5
1	Вградена HD IP камера	не по-малко от 5.0 мегапиксела	5.0 MP HD камера (910402 MICROS CAM 500 "Premium\$	Съответства
2	Вградено LED осветление	наличие	Вградено LED осветление	Съответства
3	Вградени окуляри	10x	Вградени окуляри 10x20	Съответства
4	Увеличение	Не по-малко от 4:1	Увеличение 1:4.5x; 1x-4.5x	Съответства
5	Плавно ръчно увеличение, разположено и от двете страни на статива	наличие	Плавно ръчно увеличение, разположено и от двете страни на статива	Съответства
6	Захранващ модул	12V DC 24W / 100 - 240V AC/50 - 60Hz/ 30VA	12V DC 24W / 100 - 240V AC/50 - 60Hz/ 30VA	Съответства

10.4.1.2. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

90 (деветдесет) календарни дни.

10.4.1.3. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

12 (дванадесет) календарни месеца.



## 10.5. "СОФИНФОРМПРОДУКТ-ГРОЗДАНОВ" ЕООД:

### 10.5.1. По обособена позиция № 2: Доставка на осцилиращ аутопсионен трион

Марка: MEDICON

Модел: 79.68.88

Производител: Medicon eG, Германия

Година на производство: 2018 год.

10.5.1.1. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

№	Технически показатели	Технически изисквания към техническите показатели	Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на предлаганото оборудване	Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в кол.3
1	2	3	4	5
1	Основна конструкция от удароустойчив материал, с постоянно смазващи се лагери	наличие	да	Съответства
2	Метална глава, с възможност за отделяне от основното тяло за стерилизация	наличие	да	Съответства
3	Възможност за настройка на скоростта на въртене на остриетата	наличие	да от 6500 до 24000 трептения в минута	Съответства
4	Захранване	230 V, 50-60 Hz	да	Съответства
5	Мощност	не по-малко от 125W	да 500 W	Съответства
6	Захранващ кабел	дължина не по-малко от 5 м.	да	Съответства
7	Комплект остриета: - 3 бр. кръгли остриета с диаметър не-по-малък от 50 мм или - 2 бр. кръгли остриета с диаметър не-по-малък от 50 мм и 1 бр. острие за	наличие	да 1 бр. острие с диаметър 50 мм 1 бр. острие с диаметър 60 мм и 1 бр. острие	Съответства

**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

	сегментно рязане	за сегментно рязане
--	------------------	---------------------

10.5.1.2. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

90 (деветдесет) календарни дни

10.5.1.3. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

12 (дванадесет) календарни месеца.

**10.6. "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД:**

**10.6.1. По обособена позиция № 2: Доставка на осцилиращ аутопсионен**

**трион**

Марка: KUGEL

Модел: НВ-740

Производител: KUGEL Medical, Германия

Година на производство: 2019 год..

10.6.1.1. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

№	Технически показатели	Технически изисквания към техническите показатели	Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на предлаганото оборудване	Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в кол.3
1	2	3	4	5
1	Основна конструкция от удароустойчив материал, с постоянно смазващи се лагери	наличие	наличие	Съответства
2	Метална глава, с възможност за отделяне от основното тяло за стерилизация	наличие	наличие	Съответства
3	Възможност за настройка на скоростта на въртене на остриетата	наличие	наличие	Съответства
4	Захранване	230 V, 50-60 Hz	230 V, 50-60 Hz	Съответства
5	Мощност	не по-малко от 125W	да 125 W	Съответства
6	Захранващ кабел	дължина не по-малко от 5 м.	дължина 5 м.	Съответства
7	Комплект остриета:	наличие	наличие	Съответства



**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

- 3 бр. кръгли остриета с диаметър не-по-малък от 50 мм или - 2 бр. кръгли остриета с диаметър не-по-малък от 50 мм и 1 бр. острие за сегментно рязане			
--	--	--	--

10.6.1.2. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

89 (осемдесет и девет) календарни дни

10.6.1.3. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

12 (дванадесет) календарни месеца.

**10.7. "МУЛТИМЕД-5" ООД:**

**10.7.1. По обособена позиция № 8: Доставка на гинекологичен стол:**

Марка: Inmoclinc

Модел: Quiteria 14655

Производител: Inmoclinc

Година на производство: 2019 год.

10.7.1.1. Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията на техническата спецификация:

№	Технически показатели	Технически и изисквания към техническите показатели	Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на предлаганото оборудване	Съответствие на предлаганото оборудване с изискванията, посочени в кол.3
1	2	3	4	5
1	Електрическо движение по височина	наличие	Електрическо настройване по височина	Съответства
2	Задвижване на гръбната секция с газов амортизатор от хоризонтална до седнала позиция	наличие	Настройване на секция гръб от хоризонтална до легнала позиция чрез газов амортизатор	Съответства
3	Задвижване на крачната секция с газов амортизатор до хоризонтална позиция	наличие	Крачната секция се задвижва с газов амортизатор до хоризонтална позиция	Съответства
4	Едновременно движение по Тренделенбург при високо положение	наличие	Едновременно движение по Тренделенбург при високо положение	Съответства
5	Регулируема опора за	наличие	Регулируема	Съответства

**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

	главата		възглавничка за главата	
6	Метален корпус с прахово боядисване	наличие	Прахово боядисана метална структура	Съответства
7	Леген за отпадъци от неръждаема стомана	наличие	Легенче от неръждаема стомана	Съответства
8	Набор кракодържатели	наличие	Набор кракодържатели	Съответства

10.7.1.2. Срок на доставка, но не по-дълъг от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на осигуряването на финансирането от страна на МЗ:

90 (деветдесет) календарни дни

10.7.1.3. Гаранционен срок, но не по-кратък от 12 (дванадесет) календарни месеца от въвеждането в експлоатация:

24 (двадесет и четири) календарни месеца.

11. Комисията прие, че медицинската апаратура, предложена от участниците, съответства на изискванията на възложителя.

12. Комисията оцени офертите на участниците, чиито предложения съответстват на предварително обявените условия, съгласно избрания критерий за възлагане "най-ниска цена":

Об.позиция №	Грин БГ ООД	МТИ ООД	Аква хим АД	Нова груп инвест мьнт СРЛ	Софин форм продук т- Грозданов ЕООД	Елпак-Лизинг ЕООД	Мулти мед-5 ООД
1. Доставка на комплект аутопсионни инструменти			727.60				
2. Доставка на осцилиращ аутопсионен трион	1750.00	1900.00	1790.00		1960.00	1638.00	
3. Доставка на количка за превоз на трупове		3625.00	4180.00				
4. Доставка на 3 бр. мобилни камери за съхранение на трупове			13500.00				
5. Доставка на мобилна лампа лупа	X	X	X	X	X	X	X
6. Доставка на стереомикроскоп		4540.00		3999.00			
7. Доставка на	X	X	X	X	X	X	X



**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

хладилник с горна фризерна камера							
8. Доставка на гинекологичен стол							3163.00
9. Доставка на хардуер			2048.00				
10. Доставка на оборудване за амбулаторен кабинет	X	X	X	X	X	X	X

13. Комисията разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.

14. Комисията извърши проверка на съответствието на участниците с изискванията за лично състояние, посочени в точки 1 и 2.1 - 2.5 на раздел VI.3) "Допълнителна информация" на Обявлението за поръчка:

14.1. Проверката за съответствието на участниците с изискванията за лично състояние се извърши въз основа на обстоятелствата, декларирани в ЕЕДОП и проверка в търговския регистър на Агенцията по вписванията.

14.2. На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, комисията извърши служебна проверка за обстоятелствата, вписани за участниците в търговския регистър и установи вписването на следните обстоятелства:

14.2.1. "ГРИН БГ" ООД, със седалище в гр. София 1517, адрес на управление: район Подуяне, ул. "Вършец" 18, ЕИК 130990331, представлявано от Лидия Христова Николова-Праматарова и Йорданка Великова Гетова, заедно и поотделно.

14.2.2. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, със седалище в гр. София 1750, район Младост, адрес на управление: ж.к. "Младост 1" бл. 28Б, ЕИК 831641528, представлявано от Йонка Христова Гетова-Христанова.

14.2.3. "АКВАХИМ" АД, със седалище в гр. София 1582, район Искър, адрес на управление: бул. "Цветан Лазаров" 83, ЕИК 200984964, представлявано от Камелия Трендафилова Цветкова. Вписана прокура за Елица Петрова Рускова Любомир Станков Праматаров, заедно.

14.2.4. НОВА ГРУП ИНВЕСТМЪНТ СРЛ:

Участникът е представил Удостоверение за регистрация серия В № 2496466, издадено от Национално бюро търговски регистър към Министерството на правосъдието на Република Румъния, с вписани следните обстоятелства: седалище и адрес на управление: гр. Отопени, ул. "Ойтуз" 47К, окръг Илфов, Единен регистрационен код 13986464 от 20.06.2001 г., пореден № в търговския регистър J23/3267/14.12.2011, управител Преодою Мариан.

14.2.5. "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД, със седалище в гр. Варна 9002, район Приморски, адрес на управление: ул. "Иван Богоров" 12, ет. 2, ЕИК 103506445, представлявано от Пламен Антонов Калайджиев;

14.2.6. "МУЛТИМЕД-5" ООД, със седалище в гр. Стара Загора 6000, адрес на управление: ул. "Боруйград" 32, представлявано от Евгений Стайков Петров.



14.3. Комисията приема въз основа на извършените проверки и деклариранията обстоятелства, че участниците съответстват на изискванията за лично състояние.

15 Комисията извърши проверка за съответствието на участниците с изискванията за годност за упражняване на професионална дейност, посочено в раздел III.1.1) на Обявлението за поръчка: Да са търговци на едро с медицински изделия или производители на медицински изделия, установени на територията на Република България (само за участниците по обособени позиции № № 1, 2, 3, 4 и 8) - декларира се в ЕЕДОП и се проверява служебно от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП в регистъра на издадените разрешения на ИАЛ, или се доказва при сключването на договора с друг документ, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на държава-членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария. Участник, имащ правото да търгува с медицински изделия, който е получил разрешението си от компетентен орган на съответната държава, при подписването на договора следва да бъде вписан в регистъра по чл. 81 от ЗМИ, в качеството му на лице по чл. 78а от ЗМИ. Разрешение или удостоверение не се изисква от производителите на медицински изделия, установени на територията на Република България.

15.1. Проверката за съответствието на участниците с изискванията за годност за упражняване на професионална дейност се извърши въз основа на деклариранията от тях обстоятелства в ЕЕДОП и проверка в регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с медицински изделия.

15.2. На основание чл. 67, ал. 8, т. 2 от ЗОП комисията извърши проверка в регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с медицински изделия на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата (<http://www.bda.bg/регистри/регистри-на-търговци-и-производители>) при което установи за отделните участници следното:

15.2.1. "ГРИН БГ" ООД: Издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-P-T / МИ 457 от 07.01.2009 год.

15.2.2. "МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД: Разрешение за търговия на едро с медицински изделия издадено от ИАЛ с рег. номер IV-P-T/МИ-089/23.10.2007 г.;

15.2.3. "АКВАХИМ" АД: Издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-P-T / МИ 268 от 21.01.2008 год.

15.2.4. НОВА ГРУП ИНВЕСТМЪНТ СРЛ: Участникът е представил Разрешително за извършване на дейност № 5158 от 22.02.2018 год., издадено от Националната агенция за медикаментите и медицинските устройства на Министерството на здравеопазването на Република Румъния, за дейностите: внос на медицински устройства; разпространение на медицински устройства; съхранение/складиране на медицински устройства; ремонт, поддръжка и пускане в експлоатация/инсталиране. Комисията установи вписване на участника № 5158 от 22.02.2018 год в регистъра по чл. 81 от ЗМИ, в качеството му на лице по чл. 78а от ЗМИ.

15.2.5. "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД: Издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-P-T / МИ 279 от 25.01.2008 год.

15.2.7. "МУЛТИМЕД-5" ООД: Издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-P-T / МИ 411 от 19.09.2008 год.



**“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД**

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

16. Комисията извърши проверка за съответствието на участниците с изискванията за технически и професионални способности, посочени в раздел III.1.3) на Обявата за поръчка: Да прилагат и поддържат система за управление на качеството EN ISO 9001 и/или EN ISO 13485/13488 и/или еквивалентна, с обхват в областта на производството и/или търговията с медицинска апаратура (само за участниците по обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 8).

16.1. Проверката за съответствието на участниците с изискванията за технически и професионални способности се извърши въз основа на декларираните от тях обстоятелства в ЕЕДОП и проверка на представените документи.

16.2. Комисията приема въз основа на декларираните обстоятелства и представените документи, че участниците съответстват на изискванията за технически и професионални способности.

17. Комисията, след като установи съответствието с изискванията за лично състояние и критериите за подбор, класира участниците по следния начин:

Об.позиция №	Грин БГ ООД	МТИ ООД	Аква хим АД	Нова груп инвест мънт СРЛ	Софин форм продук т- Грозданов ЕООД	Елпак-Лизинг ЕООД	Мулти мед-5 ООД
1. Доставка на комплект аутопсионни инструменти			<b>Първо място</b>				
2. Доставка на осцилиращ аутопсионен трион	Второ място					<b>Първо място</b>	
3. Доставка на количка за превоз на групове		<b>Първо място</b>	Второ място				
4. Доставка на 3 бр. мобилни камери за съхранение на групове			<b>Първо място</b>				
6. Доставка на стереомикроскоп		Второ място		<b>Първо място</b>			
8. Доставка на гинекологичен стол							<b>Първо място</b>
9. Доставка на хардуер			<b>Първо място</b>				

18. Участникът НОВА ГРУП ИНВЕСТМЪНТ СРЛ е представил декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и 2 ЗОП, в която заявява, че информацията за марката, модела и производителя на медицинската апаратура, съдържаща се в

Техническите предложения и предлаганите ценови параметри от офертата да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна. Желаете посочената информация да не се разкрива от възложителя.

Комисията приема, че искането на участника, следва да се уважи в частта, отнасяща се до марката, модела и производителя на медицинската апаратура. Искането за конфиденциалност се отнася до данни, които не подлежат на оценка. В случай, че се налага посочване на марката, модела и производителя на медицинската апаратура, информацията за тях няма да бъде разкривана, като в съответния документ ще се посочва правното основание за неразкриването.

Искането за конфиденциалност по отношение на предлаганите ценови параметри, комисията намира за неоснователно, тъй като тази информация подлежи на оценка и на основание чл. 102, ал. 2 от ЗОП не може да се счита за конфиденциална.

Последното заседание на комисията приключи на 18.03.2019 год. в 10.00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. .....

(Д-р Бисер Янков Ботев)

ЧЛЕНОВЕ:

2. .....

(Адв. Георги Стойчев Митков)

3. .....

(Елена Атанасова Великова)