

П Р О Т О К О Л

№ 1 / 10 април 2018 год.

за разглеждането на офертите на участниците в процедура тип "открита процедура" за доставка на медицински изделия за кардиологична дейност за нуждите на "МБАЛ-Добрич" АД

Днес, 10.04.2018 год. в "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД, гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24, по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП, се разгледаха и оцениха офертите на участниците в процедура за възлагане за обществена поръчка тип "открита" с предмет: Доставка на медицински изделия за кардиологична дейност за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД, гр. Добрич.

Процедурата е открита с Решение № 9 от 28.02.2018 год. на Изпълнителния директор на дружеството, по обявление № 832511, преписка № 00083-2018-0006 в регистъра на Агенцията за обществени поръчки, обявена в Официален вестник на Европейския съюз под № 2018/S 043-093510.

Разглеждането се проведе от комисия, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП със Заповед № 65 / 10.04.2018 год. на Изпълнителния директор на "МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Елена Атанасова Великова – експерт обществени поръчки.

ЧЛЕНОВЕ:

2. Адв. Георги Стойчев Митков - юрист на граждански договор в "МБАЛ-Добрич" АД;

3. Даниела Димчева Михайлова – главен счетоводител.

1. Цел на заседанието на комисията е разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

2. Работата на комисията започна на 10.04.2018 г. в 09.00 часа, когато възложителят предаде срещу подпис на председателя на комисията протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, заедно с офертите на участниците, поставени в запечатани опаковки, приети с входящи номера, както следва:

2.1. "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД, приета с вх. № 3085 / 21.03.2018 год. в 10.30 часа.

2.2. "МАКМЕД" ООД, приета с вх. № 3385 / 27.03.2018 год. в 10.35 часа.

2.3. "ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, приета с вх. № 3729 / 05.04.2018 год. в 09.35 часа.

3. Преди да пристъпят към отварянето на пликовете с офертите, членовете на комисията, участващи в заседанието, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, подписаха и представиха на възложителя декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за прилагане на изискванията по чл. 51, ал. 8, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП.

4. При отварянето на пликовете с офертите не присъстваха представители на участниците и други лица.

5. Заседанието на комисията протече в две части - публична и закрыта.

5.1. В публичната част от заседанието комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните опаковки на участниците и оповести тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.

5.2. В закрытата част от заседанието комисията:

- разгледа представените оферти и оцени съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия;

- разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки, до установяване на съответствие с изискванията на двама участници, които класира на първо и второ място.

6. Комисията констатира, че предложенията на участниците са приети в непрозрачни запечатани опаковки, на които са посочени данните по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, след което пристъпи към отварянето на опаковките по реда на тяхното постъпване.

7. Комисията публично оповести съдържанието на офертите, включително предложенията на участниците по показателя за оценка.

На основание чл. 61, т. 2 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническите и ценовите предложения.

8. Участниците са направили следните предложения по критерия за възлагане "най-ниска цена":

8.1. "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД:

8.1.1. По обособена позиция № 2: Коронарен стент, условен № 2: **400.00 (четиристотин) лева без ДДС за 1 (един) брой.**

8.1.2. По обособена позиция № 3: Коронарен медикамент излъчващ стент, условен № 3: **758.33 (седемстотин, петдесет и осем лева 33 стотинки) лева без ДДС за 1 (един) брой.**

8.1.3. По обособена позиция № 7: Медикамент излъчващ балон: **900.00 (деветстотин) лева без ДДС за 1 (един) брой.**

8.2. "МАКМЕД" ООД:

8.2.1. По обособена позиция № 1: Коронарен стент, условен № 1: **400.00 (четиристотин) лева без ДДС за 1 (един) брой.**

8.2.2. По обособена позиция № 4: Коронарен медикамент излъчващ стент, условен № 4: **758.33 (седемстотин, петдесет и осем лева 33 стотинки) лева без ДДС за 1 (един) брой.**

8.2.3. По обособена позиция № 5: Коронарен медикамент излъчващ стент, условен № 5: **1000.00 (хиляда) лева без ДДС за 1 (един) брой.**

8.2.4. По обособена позиция № 6: Аблуминална сиролимус излъчваща коронарна стентова система: **758.33 (седемстотин, петдесет и осем лева 33 стотинки) лева без ДДС за 1 (един) брой.**

8.2.5. По обособена позиция № 8: Електрод за временна кардиостимулация: **123.33 (сто, двадесет и три лева 33 стотинки) лева без ДДС за 1 (един) брой.**

8.3. "ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД:

8.3.1. По обособена позиция № 4: Коронарен медикамент излъчващ стент, условен № 4: **758.33 (седемстотин, петдесет и осем лева 33 стотинки) лева без ДДС за 1 (един) брой.**

9. В закрито заседание комисията разгледа техническите предложения на участниците по всяка от обособените позиции, по които са представили оферти и провери съответствието на офертите с предварително обявените условия. При проверката комисията установи и прие за отделните участници следното:

9.1. "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД:

9.1.1. По обособена позиция № 2: Коронарен стент, условен № 2:

Търговско наименование: ArthrosPico – система за имплантиране на стент

Производител: Amg International GmbH

Код по НЗОК: B04041012000001

Изисквания към медицинското изделие	Описание на предлаганото медицинско изделие	Съответствие
1	2	3
Материал: CoCr . Дебелина на страта 0,065мм. Дизайн на клетката - semi-open; MRI съвместимост – paramagnetic; Съвместимост на катетъра: 5F; Дизайн: Rapid exchange; Балон: semi-compliant; Полезна дължина на водача:1415 мм; Водач: 0.014“; Външен диаметър на шифта: Проксимален 2.1F Дистален 2,6 F; Дължина при диаметър до 3.00 (mm): 8, 12, 16, 19, 24, 28, 34, 38; Дължина при диаметър над 3.00 (mm) - 10, 14, 18, 24, 28, 34, 38; Диаметър (mm): 2.00; 2.25; 2.50, 2.75, 3.00; 3.50, 4.00.	Материал: CoCr . Дебелина на страта 0,065мм. Дизайн на клетката - semi-open; MRI съвместимост – paramagnetic; Съвместимост на катетъра: 5F; Дизайн: Rapid exchange; Балон: semi-compliant; Полезна дължина на водача:1415 мм; Водач: 0.014“; Външен диаметър на шифта: Проксимален 2.1F Дистален 2,6 F; Дължина при диаметър до 3.00 (mm): 8, 12, 16, 19, 24, 28, 34, 38; Дължина при диаметър над 3.00 (mm) - 10, 14, 18, 24, 28, 34, 38; Диаметър (mm): 2.00; 2.25; 2.50, 2.75, 3.00; 3.50, 4.00.	Предложенията на участника съответстват на предварително обявените условия.

9.1.2. По обособена позиция № 3: Коронарен медикамент излъчващ стент, условен № 3:

Търговско наименование: ItrinII Rapamycin – излъчваща система за имплантиране на стент

Производител: Amg International GmbH

Код по НЗОК: B04041020000009

Изисквания към медицинското	Описание на предлаганото	Съответствие
-----------------------------	--------------------------	--------------

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblbg@bergon.net

изделие	медицинско изделие	
1	2	3
<p>Материал: Carbon-Ion stainless steel, Дизайн:отворена клетка; Дебелина на страта 110 μm; Кросинг профил: <1.05 mm; Лекарство: Рапамицин; Еквивалентна лекарствена доза: 2,0 μg/mm; Полимер: биоразградим за период от шест седмици; Дебелина на покритието:приблизително 5 μm; Съотношение Метал/Артерия - 13%-15%; Номинално налягане: 6 atm. Максимално налягане: 14 -16 atm (burst pressure); Външен диаметър на шафта: Проксимален 2.1 F Дистален 2,6 F; Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014"; Дължина (mm):10, 14, 18, 24, 28, 34, 38. Диаметър (mm): 2.5, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00.</p>	<p>Материал: Carbon-Ion stainless steel, Дизайн:отворена клетка; Дебелина на страта 110 μm; Кросинг профил: <1.05 mm; Лекарство: Рапамицин; Еквивалентна лекарствена доза: 2,0 μg/mm; Полимер: биоразградим за период от шест седмици; Дебелина на покритието:приблизително 5 μm; Съотношение Метал/Артерия - 13%-15%; Номинално налягане: 6 atm. Максимално налягане: 14 -16 atm (burst pressure); Външен диаметър на шафта: Проксимален 2.1 F Дистален 2,6 F; Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014"; Дължина (mm):10, 14, 18, 24, 28, 34, 38. Диаметър (mm): 2.5, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 4.00.</p>	<p>Предложенията на участника съответстват на предварително обявените условия.</p>

9.1.3. По обособена позиция № 7: Медикамент излъчващ балон:
Търговско наименование: PacSol – медикамент излъчващ балон
Производител: Amg International GmbH
Код по НЗОК: B04043000000015

Изисквания към медицинското изделие	Описание на предлаганото медицинско изделие	Съответствие
1	2	3
<p>DBM - медикамент - излъчващ балон с активно адхезивно вещество Paclitaxel и ексципиент ВТНС (n-бутил-три n-хексил цитрат). Съотношение Paclitaxel към ВТНС - 90/10. Отделяне на Paclitaxel 2,5 pg/mm². РТСА Катетър Rapid Exchange, водач 0,014". Хидрофилно покритие на частта RX. Честота на покритие на балона с медикамент: 99,0 %. Номинално налягане 6 bar - 16 bar. Радиоизотопни и визуални маркери (Pt - Ir). Дължина (mm): 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40; Диаметър (mm): 1,50; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00.</p>	<p>DBM - медикамент - излъчващ балон с активно адхезивно вещество Paclitaxel и ексципиент ВТНС (n-бутил-три n-хексил цитрат). Съотношение Paclitaxel към ВТНС - 90/10. Отделяне на Paclitaxel 2,5 pg/mm². РТСА Катетър Rapid Exchange, водач 0,014". Хидрофилно покритие на частта RX. Честота на покритие на балона с медикамент: 99,0 %. Номинално налягане 6 bar - 16 bar. Радиоизотопни и визуални маркери (Pt - Ir). Дължина (mm): 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40; Диаметър (mm): 1,50; 2,00; 2,25;</p>	<p>Предложенията на участника съответстват на предварително обявените условия.</p>

2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 4,00.

9.2. "МАКМЕД" ООД:

9.2.1. По обособена позиция № 1: Коронарен стент, условен № 1:

Търговско наименование: Nengen – кобалт-хромова система за коронарен стент

Производител: Meril Life Sciences Pvt.

Код по НЗОК: B04041012000026

Изисквания към медицинското изделие	Описание на предлаганото медицинско изделие	Съответствие
1	2	3
Материал: CoCr L605. Дебелина на страта 65 µm (0,065мм или 0.0026“). Recoil: < 3%. Средна загуба (mean foreshortening): 0,29 %. Дизайн: Rapid exchange, хибриден – отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Balloon overhang: < 0,5 мм. Външен диаметър на shaft: Проксимален 1,9 F Дистален 2,7 F. Ro маркери: 2 – Платина / Иридий. Използваема дължина на катетъра: 140 см. Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014“ или 0.36 мм. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37 и 40. Диаметър (mm): 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5.	Материал: CoCr L605. Дебелина на страта 65 µm (0,065мм или 0.0026“). Recoil: < 3%. Средна загуба (mean foreshortening): 0,29 %. Дизайн: Rapid exchange, хибриден – отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Balloon overhang: < 0,5 мм. Външен диаметър на shaft: Проксимален 1,9 F Дистален 2,7 F. Ro маркери: 2 – Платина / Иридий. Използваема дължина на катетъра: 140 см. Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014“ или 0.36 мм. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37 и 40. Диаметър (mm): 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5.	Предложенията на участника съответстват на предварително обявените условия.

9.2.2. По обособена позиция № 4: Коронарен медикамент излъчващ стент, условен № 4:

Търговско наименование: Biomime-Sirolimus – излъчваща коронарна стентова система

Производител: Meril Life Sciences Pvt.

Код по НЗОК: B04041020000038

Изисквания към медицинското изделие	Описание на предлаганото медицинско изделие	Съответствие
1	2	3
Материал: CoCr L605. Дебелина на страта 65 µm (0,065мм или 0.0026“). Recoil: 3%. Скъсяване: 0,29%. Лекарство: Sirolimus. Еквивалентна лекарствена доза: 1,25 µg/mm ² ; Полимер: биоразградим и биосъвместим. Дизайн: Rapid exchange, хибриден	Материал: CoCr L605. Дебелина на страта 65 µm (0,065мм или 0.0026“). Recoil: 3%. Скъсяване: 0,29%. Лекарство: Sirolimus. Еквивалентна лекарствена доза: 1,25 µg/mm ² ; Полимер: биоразградим и биосъвместим. Дизайн: Rapid exchange,	Предложенията на участника съответстват на предварително обявените условия.

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. “Панайот Хитов” 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

<p>– отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Balloon overhang: < 0,5 мм; Външен диаметър на шафта: Проксимален 1,9F Дистален 2,7F; Ro маркери: 2– Платина/Иридий. Използваема дължина на катетъра: 140-142 см. Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014“ или 0.36 мм. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48. Диаметър (mm): 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50.</p>	<p>хибриден – отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Balloon overhang: < 0,5 мм; Външен диаметър на шафта: Проксимален 1,9F Дистален 2,7F; Ro маркери: 2– Платина/Иридий. Използваема дължина на катетъра: 140-142 см. Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014“ или 0.36 мм. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48. Диаметър (mm): 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50.</p>	
--	---	--

9.2.3. По обособена позиция № 5: Коронарен медикамент излъчващ стент, условен № 5:

Търговско наименование: Biomime Morph-Sirolimus – излъчваща коронарна стентова система

Производител: Meril Life Sciences Pvt.

Код по НЗОК: B04041030000008

Изисквания към медицинското изделие	Описание на предлаганото медицинско изделие	Съответствие
1	2	3
<p>Материал: CoCr L605. Дебелина на страта 65 μm (0,065mm или 0.0026“). Recoil: 3%. Скъсяване: 0,29%. Лекарство: Sirolimus. Еквивалентна лекарствена доза: 1,25 μg/mm² Полимер: биоразградим и биосъвместим. Дизайн: Rapid exchange, хибриден – затворени клетки в краищата и отворени в средата на стента; Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 14 atm (burst pressure); Външен диаметър на шафта: Проксимален 2,13F Дистален 2,7F; Ro маркери: 2 – Платина / Иридий. Използваема дължина на катетъра: 142 см. Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014“ или 0.36 мм. 100 % освобождаване на лекарството в рамките на 30 дни; Дължина (mm): 30; 40; 50 и 60. Диаметър (mm): 2,75-2,25; 3,00-2,50; 3,50-3,00.</p>	<p>Материал: CoCr L605. Дебелина на страта 65 μm (0,065mm или 0.0026“). Recoil: 3%. Скъсяване: 0,29%. Лекарство: Sirolimus. Еквивалентна лекарствена доза: 1,25 μg/mm² Полимер: биоразградим и биосъвместим. Дизайн: Rapid exchange, хибриден – затворени клетки в краищата и отворени в средата на стента; Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 14 atm (burst pressure); Външен диаметър на шафта: Проксимален 2,13F Дистален 2,7F; Ro маркери: 2 – Платина / Иридий. Използваема дължина на катетъра: 142 см. Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014“ или 0.36 мм. 100 % освобождаване на лекарството в рамките на 30 дни; Дължина (mm): 30; 40; 50 и</p>	<p>Предложенията на участника съответстват на предварително обявените условия.</p>

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

	60. Диаметър (mm): 2,75-2,25; 3,00-2,50; 3,50-3,00.	
--	--	--

9.2.4. По обособена позиция № 6: Аблуминална сиролимус излъчваща коронарна стентова система:

Търговско наименование: ihtDEStiny - Аблуминална сиролимус излъчваща коронарна стентова система.

Производител: Iberhospitex S.A.

Код по НЗОК: B04041020000062

Изисквания към медицинското изделие	Описание на предлаганото медицинско изделие	Съответствие
1	2	3
Аблуминална сиролимус излъчваща коронарна стентова система, състояща се от медикамент излъчващ коронарен стент, монтиран върху медикамент излъчващ балон, доставяща 2 лекарствени дози = 0,70 µg/mm. Проксимални рентгенопозитивни маркери на 90 и 100 см от дисталния край; биоразградим полимер - до 180 дни след имплантиране; кобалт-хромова сплав L605, дебелина на страта 73 µm. Recoil: <5%. Скъсяване: <1 %. Номинално налягане: 8 atm. Максимално налягане: 14 atm (burst pressure). Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014" или 0.36 мм. 6 клетъчен строеж при диаметри 2,25-2,50; 8-клетъчен при 2,75-3,50 и 10-клетъчен при диаметър 4,00; диаметри 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 и 4,00 мм; дължини 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36 и 40 мм	Аблуминална сиролимус излъчваща коронарна стентова система, състояща се от медикамент излъчващ коронарен стент, монтиран върху медикамент излъчващ балон, доставяща 2 лекарствени дози = 0,70 µg/mm. Проксимални рентгенопозитивни маркери на 90 и 100 см от дисталния край; биоразградим полимер - до 180 дни след имплантиране; кобалт-хромова сплав L605, дебелина на страта 73 µm. Recoil: <5%. Скъсяване: <1 %. Номинално налягане: 8 atm. Максимално налягане: 14 atm (burst pressure). Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014" или 0.36 мм. 6 клетъчен строеж при диаметри 2,25-2,50; 8-клетъчен при 2,75-3,50 и 10-клетъчен при диаметър 4,00; диаметри 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50 и 4,00 мм; дължини 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36 и 40 мм	Предложенията на участника съответстват на предварително обявените условия.

9.2.5. По обособена позиция № 8: Електрод за временна кардиостимулация:

Търговско наименование: Pacel

Производител: Saint Jude Medical

Код по НЗОК: C09090000000001

Изисквания към медицинското изделие	Описание на предлаганото медицинско изделие	Съответствие
1	2	3
Биполярен пейсинг катетър без балон за дясно сърце кривка и за пейсиране в камерата. Създаден да осигури надежно пейсиране и	Биполярен пейсинг катетър без балон за дясно сърце кривка и за пейсиране в камерата. Създаден да осигури надежно пейсиране и	Предложенията на участника съответстват на предварително

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

улавяне на сигнали в камерата чрез достъп през горна празна вена. Прецизен контрол без прекомерна твърдост. Оптимален контрол при въртене. Дълбочина 10 см. На маркерите за подсилване при поставянето. дължина – 110 см, размер –5F, електродно разстояние – 1 см.	улавяне на сигнали в камерата чрез достъп през горна празна вена. Прецизен контрол без прекомерна твърдост. Оптимален контрол при въртене. Дълбочина 10 см. На маркерите за подсилване при поставянето. дължина – 110 см, размер – 5F, електродно разстояние – 1 см	обявените условия.
---	---	--------------------

9.3. "ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ" ЕООД:

9.3.1. По обособена позиция № 4: Коронарен медикамент излъчващ стент, условен № 4:

Търговско наименование: eusaLimus

Производител: Eucatech AG, Germany

Код по НЗОК: B04041020000048

Изисквания към медицинското изделие	Описание на предлаганото медицинско изделие	Съответствие
1	2	3
<p>Материал: CoCr L605. Дебелина на страта 65 μm (0,065mm или 0.0026“). Recoil: 3%. Скъсяване: 0,29%. Лекарство: Sirolimus. Еквивалентна лекарствена доза: 1,25 μg/mm²; Полимер: биоразградим и биосъвместим. Дизайн: Rapid exchange, хибриден – отворена и затворена клетка. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 16 atm (burst pressure). Balloon overhang: < 0,5 mm; Външен диаметър на шафта: Проксимален 1,9F Дистален 2,7F; Ro маркери: 2–Платина/Иридий. Използваема дължина на катетъра: 140-142 см. Съвместимост на катетъра: 5F. Водач: 0.014“ или 0.36 mm. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48. Диаметър (mm): 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50,</p>	<p>Медикамент излъчващ стент с 3 междинни връзки на сегмент, 9 зигзагообразни елемента на ринг. Дебелина на стратите 0.0026" (65 микрометра), широчина на стратите (главен сегмент) 0.0028" (72 микрометра), широчина на стратите – междинни връзки 0.0023" (58 микрометра), скъсяване след експанзия по-малко от 2 %. Recoil: по-малко от 5 %. Дебелина на сиролимусната матрица 3-5 микрометра. Съотношение на метал към артерия – по-малко от 18 %. Размери от 2.25 до 4.00 mm. Съвместимост: 5f въвеждащ катетър. Материал на стента – Cobalt Chromium L605, на балона Polyamide Compound. Проксимален шафт на катетъра 1,9f,</p>	<p>След проверка на техническото предложение и представеното от участника описание на предлаганото изделие, комисията установи несъответствия по следните показатели: 1. Recoil: Предложение по-малко от 5 %. при изискване 3 %; 2. Дизайн: Предложение отворена клетка при изискване на хибриден – отворена и затворена клетка; 3. Използваема дължина на катетъра: Предложение 138 см при изискване 140-142 см; 4. Липсващи дължини 19; 24; 29; 32; 37; 40 и 44; 5. Липсващи диаметри: 2.00 и 4.50 mm. Комисията приема, че предлаганото от участника медицинско изделие не съответства на</p>

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

4.00, 4.50.	дистален shaft от 2.5 до 2,9 ft и размери 2.25 до 4 мм; кат. № ELM (непълнен).	изискванията възложителя.	на
-------------	--	---------------------------	----

10. Комисията оцени офертите на участниците, чиито предложения съответства на предварително обявените условия съгласно избрания критерий за възлагане "най-ниска цена":

Обособена позиция №	"НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД	"МАКМЕД" ООД
1		400.00
2	400.00	
3	758.33	
4		758.33
5		1000.00
6		758.33
7	900.00	
8		123.33

11. Комисията разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки.

12. Комисията извърши проверка на съответствието на участниците с изискванията за лично състояние, посочени в точки 1 и 2.1 – 2.3 на раздел VI.3) на Обявлението за поръчка:

12.1. Проверката за съответствието на участника с изискванията за лично състояние се извърши въз основа на проверка в търговския регистър на Агенцията по вписванията и на деклариранията от тях обстоятелства в ЕЕДОП.

12.2. На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, комисията извърши служебна проверка за обстоятелствата, вписани за участниците в търговския регистър и установи вписването на следните обстоятелства:

12.2.1. "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД, със седалище в гр. София 1000, район Оборище, адрес на управление: ул. "Московска" 47, ЕИК 202670720, представлявано от Гоце Симеонов Гоцев.

12.2.2. "МАКМЕД" ООД със седалище в гр. София 1360, район Връбница, адрес на управление: ж.к. Модерно предградие, ул. "Адам Мицкевич" 4В, ЕИК 200459233, представлявано от Елена Добрева Михайлова.

12.3. Комисията приема въз основа на извършените проверки и деклариранията обстоятелства, че участниците съответстват на изискванията за лично състояние.

13. Комисията извърши проверка за съответствието на участниците с изискванията за годност за упражняване на професионална дейност, посочено в раздел III.1.1) на Обявлението за поръчка: Да са търговци на едро с медицински изделия или производители на медицински изделия, установени на територията на Република България.

13.1. Проверката за съответствието на участниците с изискванията за годност за упражняване на професионална дейност се извърши въз основа на деклариранията от

тях обстоятелства в ЕЕДОП и проверка в регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с медицински изделия.

13.2. На основание чл. 67, ал. 8, т. 2 от ЗОП комисията извърши проверка в регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с медицински изделия на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата (<http://www.bda.bg/регистри>) при което установи за отделните участници следното:

13.2.1. "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД: Издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-P-T / МИ 989 от 30.09.2013 год.

13.2.2. "МАКМЕД" ООД: Издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-P-T / МИ 589 от 26.07.2010 год.

13.3. Комисията приема въз основа на извършените проверки и декларираните обстоятелства, че участниците съответстват на изискванията за годност за упражняване на професионална дейност.

14. Комисията извърши проверка за съответствието на участниците с изискванията за технически и професионални способности, посочени в раздел III.1.3) на Обявата за поръчка: 1. Да прилага и поддържа система за управление на качеството ISO 9001 в областта на производството и/или търговията с медицински изделия и/или система за управление на качеството ISO 13485/13488 и/или еквивалентна. 2. Да е упълномощен от производителя или от упълномощен представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ за представителство на територията на РБ или за конкретната процедура.

14.1. Проверката за съответствието на участниците с изискванията за технически и професионални способности се извърши въз основа на декларираните от тях обстоятелства в ЕЕДОП и проверка на представените документи.

14.2. Комисията приема въз основа на декларираните обстоятелства и представените документи, че участниците съответстват на изискванията за технически и професионални способности.

15. Комисията приема, че всички участници в низходящ ред спрямо получените оценки съответстват на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

16. Комисията класира участниците по следния начин:

16.1. **"НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД: На първо място по:**

По обособена позиция № 2: Коронарен стент, условен № 2;

По обособена позиция № 3: Коронарен медикамент излъчващ стент, условен № 3;

По обособена позиция № 7: Медикамент излъчващ балон.

16.2. **"МАКМЕД" ООД: На първо място по:**

По обособена позиция № 1: Коронарен стент, условен № 1;

По обособена позиция № 4: Коронарен медикамент излъчващ стент, условен № 4;

По обособена позиция № 5: Коронарен медикамент излъчващ стент, условен № 5;

По обособена позиция № 6: Аблуминална сиролимус излъчваща коронарна стентова система;

По обособена позиция № 8: Електрод за временна кардиостимулация.

Последното заседание на комисията приключи на 16.04.2018 год. в 16.00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.....
(Елена Атанасова Великова)

ЧЛЕНОВЕ:

2.....
(Адв. Георги Стойчев Митков)

3.....
(Даниела Димчева Михайлова)