

## П Р О Т О К О Л

№ 1 / 13 ноември 2018 год.

**за разглеждането на офертите на участниците в процедура тип "открита" за доставка на нова медицинска апаратура - 7 (седем) броя хемодиализни апарати за нуждите на "МБАЛ-Добрич" АД, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционното поддържане**

Днес, 13.11.2018 год. в "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД, гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24, по реда на чл. 104, ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП, се разгледаха и оцениха офертите на участниците в процедура за възлагане за обществена поръчка тип "открита" с предмет: Доставка на нова медицинска апаратура - 7 (седем) броя хемодиализни апарати за нуждите на "МБАЛ-Добрич" АД, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционното поддържане.

Процедурата е открита с Решение № 30 от 26.10.2018 год. на Изпълнителния директор на дружеството, по обявление № 875406, преписка № 00083-2018-0016 в регистъра на Агенцията за обществени поръчки, обявена в Официален вестник на Европейския съюз под № 2018/S 210-479549.

Разглеждането се проведе от комисия, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП със Заповед № 283 / 13.11.2018 год. на Изпълнителния директор на "МБАЛ-Добрич" АД гр. Добрич, в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** 1. Елена Атанасова Великова – експерт обществени поръчки.

**ЧЛЕНОВЕ:**

2. Адв. Георги Стойчев Митков - юрист на граждански договор в "МБАЛ-Добрич" АД;

3. Даниела Димчева Михайлова - главен счетоводител.

1. Цел на заседанието на комисията е разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

2. Работата на комисията започна на 13.11.2018 г. в 09.00 часа, когато възложителят предаде срещу подпис на председателя на комисията протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, заедно с офертите на участниците, поставени в запечатани опаковки, приети с входящи номера, както следва:

2.1. "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД, приета с вх. № 10635 / 12.11.2018 год. в 09.30 часа;

2.2. "ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД, приета с вх. № 10636 / 12.11.2018 год. в 09.35 часа.

3. Преди да пристъпят към отварянето на пликовете с офертите, членовете на комисията, участващи в заседанието, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, подписаха и представиха на възложителя декларации по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за прилагане на изискванията по чл. 51, ал. 8, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП.

4. При отварянето на пликовете с офертите не присъстваха представители на участниците и други лица.

5. Заседанието на комисията протече в две части - публична и закрыта.

5.1. В публичната част от заседанието комисията отвори по реда на тяхното постъпване запечатаните опаковки на участниците и оповести тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по съответните показатели за оценка на офертите.

5.2. В закрытата част от заседанието комисията:

- разгледа представените оферти и оцени съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия;

- разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки, до установяване на съответствие с изискванията на двама участници, които класира на първо и второ място.

6. Комисията констатира, че предложенията на участниците са приети в непрозрачни запечатани опаковки, на които са посочени данните по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, след което пристъпи към отварянето на опаковките по реда на тяхното постъпване.

7. Комисията публично оповести съдържанието на офертите, включително предложенията на участниците по показателя за оценка.

На основание чл. 61, т. 2 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническите и ценовите предложения.

8. Участниците са направили следните предложения по критерия за възлагане "най-ниска цена":

**8.1. "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД:**

Цена за доставка на 7 (седем) броя хемодиализни апарати:

**115 325.00 (сто и петнадесет хиляди, триста, двадесет и пет) лева без**

**ДДС.**

**8.2. "ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД:**

Цена за доставка на 7 (седем) броя хемодиализни апарати:

**122 500.00 (сто, двадесет и две хиляди, и петстотин) лева без ДДС.**

9. При запознаването с ценовото предложение на участника "ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ" ЕООД, комисията установи, че същото не отговора на условие, посочено в обявлението за обществена поръчка по отношение на съответствието си с максималния финансов ресурс, който възложителят може да осигури. Съгласно т. 7 от раздел VI.3) "Допълнителна информация" на обявлението за обществена поръчка този максимален финансов ресурс е 118 300 лева без ДДС. Ценовото предложение на участника, в размер на 122 500 лева надвишава посоченото условие, поради което същият следва да се отстрани от участие в процедурата на основание чл.107, т. 1 от ЗОП. Предложение до възложителя за отстраняването на

участника, с подробни мотиви за отстраняването, комисията ще направи в доклада си по чл. 103, ал. 3 от ЗОП.

10. Комисията провери съответствието на предложението на участника "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД с Техническите спецификации:

10.1. Участникът е направил следното предложение:

- Доставка на 7 (седем) броя хемодиализни апарати:

Марка: АК 98

Модел: Bio version

Производител: Baxter GmbH Gambro

Година на производство: 2018 г.

- Съответствие на предлаганите хемодиализни апарати с изискванията на техническата спецификация:

№	Изисквания към хемодиализните апарати (технически и други параметри: функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка)	Параметри (функционални, технически изисквания, работни характеристики и окомплектовка) на предлаганите хемодиализни апарати	Съответствие на предложението с изискванията
1	2	3	4
1	Да позволява профилиране на натрия и ултрафилтрацията.	Позволява профилиране на Na и UF	Съответства
2	Да може да провежда унипунктурна диализа, клик-клак.	Провежда унипунктурна диализа, клик-клак.	Съответства
3	Да има възможност за провеждане на ацетатна, както и на бикарбонатна диализа.	Провежда ацетатна и бикарбонатна диализа.	Съответства
4	Да притежава модул за суха бикарбонатна субстанция.	Притежава модул за суха бикарбонатна субстанция.	Съответства
5	Да осигурява във всеки момент от процедурата стартиране на изолирана ултрафилтрация (дифузия).	Осигурява изолирана ултрафилтрация (дифузия).	Съответства
6	Да е от отворен тип – да позволява използването на кръвни линии, диализатори и диализни концентрати и от други производители.	Отворен тип система	Съответства
7	Да има измерване и защитни системи на артериално, венозно и трансмембранно налягане.	Системи за измерване и защита на артериално, венозно и трансмембранно налягане	Съответства
8	Да има възможност за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 35 до 39° С.	По-широк диапазон за настройване на температурата на диализния разтвор в границите от 33 до 40° С.	Съответства

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. ”Панайот Хитов” 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

9	Да има хепаринова помпа с възможност за доставяне на дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус.	Хепаринова помпа доставя дози от 0 до 10 мл/ч + болус макс. 5 мл/болус.	Съответства
10	Да притежава програми за качествена дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка да бъдат на 450 мл/мин а тези за студена на 600 мл/мин.	Програми за дезинфекция с кисели и основни дезинфектанти като програмите за гореща дезинфекция или промивка са на 450 мл/мин а тези за студена на 600 мл/мин. Повече опции за дезинфекция. Възможност за настройване на програмите до 800 мл/мин.	Съответства
11	Да има вградена система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция.	Система за разпознаване на коректния дезинфектант за съответната програма на дезинфекция.	Съответства
12	Да разполага с програма за топлинна дезинфекция (температура до 85°C).	Програма до 93°C	Съответства
13	Да използва система за обемно контролирана ултрафилтрация с точност 1% и скорост от 0 до 4000 мл/час. И да показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем.	Система за обемно контролирана UF с точност 1 % и скорост от 0 до 4000 мл/час. Показва постоянно параметрите UF Цел, UF време, UF скорост и UF обем.	Съответства
14	Да притежава детектор за наличие на кръв в диализната течност $\leq 0,5$ мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система.	Детектор за наличие на кръв в диализната течност $\leq 0,5$ мл/кръв/мин – при Hct=25 и замърсяване на хидравличната система, чрез инфрачервен детектор – по-чувствителен.	Съответства
15	Да притежава ултразвуков въздушен детектор 22 мм.	Ултразвуков въздушен детектор 22 мм.	Съответства
16	Да притежава оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия.	Оптичен детектор за наличие на кръв или физиологичен разтвор в кръвната линия.	Съответства
17	Да дава възможност във всеки един момент от процедурата да се извежда цифрова и текстова информация на български език чрез натискане на бутони на панела.	Българско меню	Съответства
18	Да притежава модул измерващ в реално време коефициента на почистване на кръвта Kt/V.	Модул за измерване на коефициента на почистване на кръвта Kt/V.	Съответства

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. “Панайот Хитов” 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

19	Да притежава контрол in vivo на клирънс на урея.	Клирънс на урея.	Съответства
20	Да притежава контрол на натрия в плазмата.	Контрол на натрия в плазмата.	Съответства
21	Да притежава автоматично включване и провеждане на начален тест.	Автоматично включване и провеждане на начален тест.	Съответства
22	Да е съпроводен с инструкция за потребителя на български език.	Инструкция на български език.	Съответства
23	Да притежава централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор.	Централизирано блокиране на ходовата част и блокиращ механизъм на куплунгите на диализатния разтвор.	Съответства
24	Да има автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. Да притежават апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната не по-малка от 2,2 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра.	Автоматично адаптиране на диализатния поток на база на зададения кръвен поток и да може да преизчислява ефективния кръвен поток при работа с различни сегменти на кръвната линия. Апирогенен филтър за диализната течност с площ на мембраната 2,4 кв.м с вградена система за контрол на отработеното време и предварителна информация за смяна на филтъра.	Съответства
25	Да притежава вградена батерия с капацитет не по-малък от 3 Ah при 18 V и да бъде оборудван с топлообменник. Да има възможност за включване към информационна система.	Батерия 24 V (2 x 12 V), 7 Ah – базирана двупосочна комуникация с криптиране на данни.	Съответства
26	Да притежава полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и да има автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата.	Полуавтоматично инсталиране на помпения сегмент на кръвната линия и автоматизирана програма за почистване с хлорен препарат от лицевата част на апарата.	Съответства
27	Да има възможност за предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща)	Предоставяне в работен режим на две графики или графика и работни параметри от извършваната (текуща) диализна процедура.	Съответства

диализна процедура.		
---------------------	--	--

- Срок/срокове и размер за плащане:
  - 30 (тридесет) на сто – при подписването на договора;
  - 30 (тридесет) на сто – в срок 30 (тридесет) дни след доставката на апаратите;
  - 40 (четиридесет) на сто – в срок 30 (тридесет) дни след монтажа и въвеждането в експлоатация на апаратите.
- Срок за доставка (до 60 календарни дни от осигуряването на финансиране на договора или от първото плащане по него, в случай, че такова е предвидено): 60 (шестдесет) календарни дни.
- Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация (до 7 календарни дни след доставката): 7 (седем) календарни дни.
- Срок за гаранционно поддържане (не по-кратък от 24 месеца след въвеждането в експлоатация): 24 (двевдесет и четири) месеца.
- Срок за отстраняване на повреди в срока на гаранционното поддържане (до 7 календарни дни от уведомяването на изпълнителя): 5 (пет) календарни дни.
- Срок на валидност на офертата, но не по-кратък от 3 (три) месеца от крайния срок за получаване на офертите: 4 (четири) месеца.

10.2. Комисията приема, че участникът "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД е направил предложение, което съответства на предварително обявените условия.

11. Комисията оцени офертата на участника "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД, съгласно избрания критерий за възлагане "най-ниска цена".

12. След оценяването на участника "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД комисията разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор в низходящ ред спрямо получените оценки.

13. Комисията извърши проверка на съответствието на участника "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД с изискванията за лично състояние, посочени в точки 1, 2.1, 2.2 и 2.3 на раздел VI.3) на Обявлението за поръчка: 1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 2.1. Да не са налице предпоставките за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 2.2. Да отговорят на изискванията по чл. 3, т. 8, във вр. с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - декларира в ЕЕДОП; 2.3. Да не са свързани лица с друг участник в процедурата по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с § 1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа

13.1. Проверката за съответствието на участника с изискванията за лично състояние се извърши въз основа на проверка в търговския регистър на Агенцията по вписванията и на декларираните от него обстоятелства в ЕЕДОП.

13.2. На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, комисията извърши служебна проверка за обстоятелствата, вписани за участника в търговския регистър и установи вписването на следните обстоятелства:

"МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД, със седалище в гр. София 1799, адрес на управление: район Младост, ж.к. Младост 2, ул. „Свети Киприян” 44, ЕИК 200600292, представлявано от Надя Евстатиева Драгоева.

13.3. Участникът е посочил в ЕЕДОП код за достъп до електронно свидетелство за съдимост на сайта на Министерството на правосъдието <http://cs.mjs.bg/>. Комисията извърши проверка, при което установи валидно издадено свидетелство за съдимост на Надя Евстатиева Драгоева с регистрационен номер 18072701467.

13.4. Комисията приема въз основа на извършените проверки и декларираните обстоятелства, че участникът съответства на изискванията за лично състояние.

14. Комисията извърши проверка за съответствието на участника "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД с изискванията за годност за упражняване на професионална дейност, посочено в раздел III.1.1) на Обявлението за поръчка: Да са търговци на едро с медицински изделия или производители на медицински изделия, установен на територията на Република България.

14.1. Проверката за съответствието на участника с изискванията за годност за упражняване на професионална дейност се извърши въз основа на декларираните от него обстоятелства в ЕЕДОП и проверка в регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с медицински изделия.

14.2. На основание чл. 67, ал. 8, т. 2 от ЗОП комисията извърши проверка в регистъра по чл. 81 от ЗМИ на издадените разрешения за търговия на едро с медицински изделия на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата (<http://www.bda.bg/регистри/регистри-на-търговци-и-производители>) при което установи за участника следното:

"МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД: Издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-P-T / МИ 720 от 28.07.2011 год.

14.3. Комисията приема въз основа на извършените проверки и декларираните обстоятелства, че участникът съответства на изискванията за годност за упражняване на професионална дейност.

15. Комисията извърши проверка за съответствието на участника "МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД с изискванията за технически и професионални способности, посочени в раздел III.1.3) на Обявата за поръчка: Да прилага и поддържа система за управление на качеството EN ISO 9001 и/или EN ISO 13485/13488 и/или еквивалентна, с обхват в областта на производството и/или търговията с медицински изделия.

15.1. Проверката за съответствието на участниците с изискванията за технически и професионални способности се извърши въз основа на декларираните от него обстоятелства в ЕЕДОП.

15.2. Комисията приема въз основа на декларираните обстоятелства, че участникът съответства на изискванията за технически и професионални способности.

16. Комисията класира на първо място участника **"МАРВЕНА ДИАГНОСТИКА" ЕООД.**

Заседанието на комисията приключи на 14.11.2018 год. в 15.00 ч.

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. “Панайот Хитов” 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.....  
(Елена Атанасова Великова)

ЧЛЕНОВЕ:

2. ....  
(Адв. Георги Стойчев Митков)

3. ....  
(Даниела Димчева Михайлова)