



РЕШЕНИЕ

по чл. 108, т. 1 от Закона за обществените поръчки

№ 28 / 30 декември 2016 год.

На 29.12.2016 год. приключи работата си комисията, назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП за разглеждането и оценката на офертите на участниците в процедура за възлагане за обществена поръчка тип "открита" с предмет: Доставка на медицинска дейност за кардиологична дейност за нуждите на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД, гр. Добрич.

Комисията е назначена със Заповед № 361 / 09.12.2016 год. на Изпълнителния директор на "Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич" АД гр. Добрич и заседава в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Елена Атанасова Великова – експерт обществени поръчки.

ЧЛЕНОВЕ:

2. адв. Георги Стойчев Митков - юрист на граждански договор в "МБАЛ-Добрич" АД;

3. Д-р Веселка Георгиева Цацова-Годорова – заместник-директор медицински дейности.

Процедурата е открита с Решение № 22 от 02.11.2016 год. на Изпълнителния директор на дружеството, по обявление № 755994, преписка № 00083-2016-0011 в регистъра на Агенцията за обществени поръчки, обявена в Официален вестник на Европейския съюз под № 2016/S 213-387729.

1. Оферти за участие са представили участниците:

1.1. "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД, приета с вх. № 11411 / 01.12.2016 год. в 11.00 часа.

1.2. "МАКМЕД" ООД, приета с вх. № 11411 / 01.12.2016 год. в 11.10 часа.

1.3. "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД, приета с вх. № 11544 / 07.12.2016 год. в 13.50 часа.

В резултат на работата си, комисията е класирала на първо място участниците:

1. По обособена позиция № 1: "МАКМЕД" ООД;

2. По обособена позиция № 2: "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД;

3. По обособена позиция № 3: "СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД;

4. По обособена позиция № 4: "МАКМЕД" ООД;

5. По обособена позиция № 5: "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД;

6. По обособена позиция № 6: "МАКМЕД" ООД.

На второ място по обособена позиция № 3 е класиран участникът "НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД.



В доклада си по чл. 103, ал. 3 от ЗОП комисията е предложила на възложителя да бъде сключен договор с класираните на първо място участници.

Протоколите и докладът на комисията са публикувани на профила на купувача на адрес: <http://zop.mbal-dobrich.com/auction/96/>

Предвид горното, като взех предвид, че за участниците са изпълнени условията по чл. 109 от ЗОП, на основание чл. 108, т. 1 от ЗОП

Р Е Ш И Х :

1. За изпълнители на обществената поръчка определям участниците:

1.1. **"НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД**, със седалище в гр. София 1000, район Оборище, адрес на управление: ул. "Московска" 47, ЕИК 202670720, представлявано от Гоце Симеонов Гоцев, по обособени позиции:

№ 2 "Коронарен стент, условен № 2";

№ 5 "Медикамент- излъчващи балон".

1.2. **"МАКМЕД" ООД** със седалище в гр. София 1360, район Връбница, адрес на управление: ж.к. Модерно предградие, ул. "Адам Мицкевич" 4В, ЕИК 200459233, представлявано от Елена Добрева Михайлова, по обособени позиции:

№ 1 "Коронарен стент, условен № 1";

№ 4 "Коронарен медикамент излъчващ стент, условен номер 4";

№ 6 "Електрод за временна кардиостимулация".

1.3. **"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД**, със седалище в гр. София 1756, район Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарма Бизнес Тауърс, Сграда "А", ет. 12, ЕИК 103267194, представлявано от Димитър Георгиев Димитров, по обособена позиция № 3 "Коронарен медикамент-излъчващ стент, условен № 3".

2. На второ място класирам участника **"НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД** по обособена позиция № 3 "Коронарен медикамент-излъчващ стент, условен № 3".

3. Отстранявам от участие участника **"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД**, по обособена позиция № 2 "Коронарен стент, условен № 2", на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

МОТИВИ:

Изискванията на възложителя по отношение на пригодността на предлаганите медицински изделия са посочени в колона 3 на Приложение № 6 към документацията за участие "Списък на медицинските изделия за кардиологична дейност". Доказателствата, с които се доказва пригодността са примерно изброени в точка 3.10 от документа "Указания за подготовка на офертата" и могат да бъдат: проспект, каталог, спецификация и/или документ за техническата характеристика на изделията или друг равнозначен документ, издадени от производителя, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя, посочена в обявлението с което се оповестява откриването на процедурата и в колона 3 на Приложение № 6.

Участникът е представил документация за медицинското изделие SUNA – Система за доставяне на стенд, кобалт-хромова с хидрофилно покритие.

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ –
ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: obl@bergon.net



При проверка на съответствието комисията установи следните несъответствия и липса на информация:

а) Липсва информация за полезна дължина на водача – изискванията са полезната дължина на водача да е 1415 мм;

б) Дизайн на клетката: отворена - изискването е за дизайн на клетката: semi-open (полуотворена);

в) Липсва информация за MRI съвместимост-paramagnetic – изискването е да има такава съвместимост, което означава, че може да използва при изследване с МР.

г) Липсва информация за дизайн Rapid exchange – изискването е да има такъв дизайн, което означава бързосменяем и полуразтеглив.

д) Липсва информация за външен диаметър на shaft – изискването е за проксимален 2.1F и дистален 2.6 F.

Комисията е приела, че тъй като посочената липса на информация не се отнася до документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, а за такава, която е част от техническото предложение, не следва да прилага чл. 61, т. 5 и 6 от ППЗОП. Възложителят напълно възприема мотивите на комисията, поради което е утвърдил доклада на комисията по чл. 103, ал. 3 от ЗОП.

4. Отстранявам от участие участника **"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД**, по обособена позиция № 5 "Медикамент-излъчващ балон", на основание чл. 107, т. 2, буква "а" от ЗОП, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

МОТИВИ:

Изискванията на възложителя по отношение на пригодността на предлаганите медицински изделия са посочени в колона 3 на Приложение № 6 към документацията за участие "Списък на медицинските изделия за кардиологична дейност". Доказателствата, с които се доказва пригодността са примерно изброени в точка 3.10 от документа "Указания за подготовка на офертата" и могат да бъдат: проспект, каталог, спецификация и/или документ за техническата характеристика на изделията или друг равнозначен документ, издадени от производителя, доказващи съответствието на медицинските изделия с техническата спецификация на възложителя, посочена в обявлението с което се оповестява откриването на процедурата и в колона 3 на Приложение № 6.

Участникът е представил документация за медицинското изделие EMITTER – Медикамент-излъчващ балон, бързосменяем.

При проверка на съответствието комисията установи следните несъответствия и липса на информация:

а) Липсват информация за съотношение Paclitaxel към ВТНС – изискването е за съотношение 90/10.

б) Липсва информация за хидрофилно покритие на частта RX – изискването е да има покритие на частта RX.

в) Липсва информация за честота на покритие на балона с медикамент: 99.0 % - изискването е за честота на покритие на балона с медикамент: 99.0 %.

г) Липсва информация за радиоизотопни и визуални маркери (Pt-Ir) – изискването е да има такива маркери.

д) Липсва информация за диаметър 3.25 мм – изискването е за наличието на диаметри (mm): 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25; 3.50, 4.00.



Комисията е приела, че тъй като посочената липса на информация не се отнася до документи по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, а за такава, която е част от техническото предложение, не следва да прилага чл. 61, т. 5 и 6 от ППЗОП. Възложителят напълно възприема мотивите на комисията, поради което е утвърдил доклада на комисията по чл. 103, ал. 3 от ЗОП.

5. С определените за изпълнители участници да се сключи договор за обществена поръчка в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител (който е 10-дневен от получаването от всички участници на настоящото решение), но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на участниците за решението за определяне на изпълнител.

6. При подписването на договора, изпълнителите следва да представят документи за доказване липсата на основания за отстраняване:

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;
- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

7. В случай, че участникът **"СОФАРМА ТРЕЙДИНГ" АД**, определен за изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 3 не сключи договор или не изпълни условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, договор по тази позиция да се сключи с участника **"НОВЕ МЕДИКЪЛ ТРЕЙД" ООД**, класиран на второ място.

8. Настоящото решение да бъде изпратено до участниците в тридневен срок от издаването му. В деня на изпращането решението, докладът и протоколите от работата на комисията да бъдат публикувани в профила на купувача, при условията на чл. 45, ал. 5 от ЗОП.

9. Информация за сключения договор да се изпрати в АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки, в срок до 30 дни след сключването на договора.

10. В деня на публикуването на обявлението за възлагане на обществената поръчка договорът за обществена поръчка да се публикува в профила на купувача.

11. Документацията по провеждането на процедурата да се съхранява до изтичането на 5 години след приключване изпълнението на договора.

Решението може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията с копие до възложителя.

.....
Д-р ТРИФОН ЙОРДАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

