



## РЕШЕНИЕ

по чл. 73 от Закона за обществените поръчки (отм.)

№ 12 / 29 юни 2016 год.

На 28.06.2016 год. в "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД, гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24, приключи работата си комисията по чл. 34, ал. 1 от ЗОП (отм.), назначена със Заповед 105 / 25.04.2016 год. на Изпълнителния директор на "МБАЛ-Добрич" АД, за провеждане на процедура тип "открита", за доставка на нови неонатални монитори за нуждите на „МБАЛ-Добрич“ АД, открита с Решение № 3 от 22.03.2016 год. на Изпълнителния директор на дружеството, по обявление, вписано в Регистъра на обществените поръчки в АОП под № 00083-2016-0002.

Оферти за участие са представили участниците:

1. "АЛМАСОНИК" ЕООД, постъпила с вх. № 3899 / 18.04.2016 год. в 10.05 часа;
2. "ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, приета с вх. № 4104 / 21.04.2016 год. в 09.30 часа.
3. "ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА" ООД, постъпила с вх. № 4155 / 22.04.2016 год. в 09.20 часа;
4. "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД, постъпила с вх. № 4213 / 22.04.2016 год. в 11.50 часа.

Процедурата е проведена по реда на отменения ЗОП, на основание § 18 от ПЗР на ЗОП.

В резултат на работата си, комисията по чл. 34, ал. 1 от ЗОП (отм.) е класирала:

- На първо място: "ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА" ООД;  
На второ място: "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД.

Предвид горното, на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП (отм.)

## РЕШИХ:

1. За изпълнител на обществената поръчка определям участника "ИЛАН МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА" ООД, със седалище в гр. Варна 9002, адрес на управление: район Приморски, ул. "Кирил Шиваров" 9, вх. Б, ЕИК 103597142, представлявано от АННА ХРИСТОВА ВАЧКОВА и ИЛЪЯ ГРИГОРИЕВИЧ ЛАПТЕВ, заедно и поотделно, с ценово предложение за доставка на 2 (два) броя нови неонатални монитори: **6 800 (шест хиляди и осемстотин) лева без ДДС.**

2. С определения за изпълнител участник да се сключи договор за обществена поръчка в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител (който е 10-дневен от уведомяването на всички участници за



настоящото решение), но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на участниците за решението за определяне на изпълнителя.

3. При подписването на договора, изпълнителят следва да представи:

3.1. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП (отм.), освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някои от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.

3.2. Гаранция за изпълнение в размер на 136.00 лева, представляващи 2 (две) на сто от стойността на доставката без ДДС, представена в една от предвидените в чл. 60 от ЗОП (отм.) форми.

3.3. Гаранция за гаранционно поддържане в размер на 204.00 лева, представляващи 3 (три) на сто от стойността на доставката без ДДС, представена в една от предвидените в чл. 60 от ЗОП (отм.) форми.

4. На второ място класирам участника "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД, със седалище в гр. Варна 9002, адрес на управление: район Приморски, ул. "Иван Богоров" 12, ет. 2, ЕИК 103506445, представлявано от Пламен Антонов Калайджиев, с ценово предложение за доставка на 2 (два) броя нови неонатални монитори: **7400 (седем хиляди и четирисотни) лева без ДДС.**

5. В случай, че участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка по точка първа не сключи договор или не изпълни задължението си по чл. 42, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП (отм.), или не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП (отм.), договор да се сключи с участника "ЕЛПАК-ЛИЗИНГ" ЕООД, класиран на второ място.

6. Отстранявам от процедурата участника "АЛМАСОНИК" ЕООД, на основание § 18 от ПЗР на ЗОП, във вр. с чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП (отм.), тъй като е представил оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя:

**МОТИВИ:**

Участникът е направил предложение за доставка на 2 бр. неонатални респиратори Марка **SinoHero**, Модел **iS15**. При проверката за съответствие на предложените от участника неонатални монитори, комисията е констатирила следното:

- По параметър 7 "Възможност за връзка, трансфер на данни и изображения до централна мониторинг станция": В техническото си предложение участникът е посочил "Мрежов мониторинг", като съответствието може да се провери в документа "Ръководство за работа" стр. 3-4. На посоченото място в документацията на изделието комисията установи вписване на забележка със следното съдържание: *Този монитор може да бъде свързан само към централна станция за наблюдение, осигурена от производителя, не се опитвайте да свържете този монитор към друга станция за централно наблюдение*". Посоченото от производителя предписание няма да осигури възможност за връзка и трансфер до централна мониторинг станция, доколкото лечебното заведение-възложител не притежава такава станция, произведена (осигурена) от същия производител, нито предвижда закупуването на такава станция. Изискването на възложителя е изделието да осигурява възможност за връзка и трансфер без това да бъде ограничено до точно определена мониторинг станция.

- По параметър 9 "Да измерва сърдечна честота в границите 15 – 350 удара в мин.": В техническото си предложение участникът е посочил "HR -обхват: възрастни 10 ~ 300 bpm; педиатрични и неонатологични: 10 ~ 350 bpm", като съответствието може да се провери в документа "Проспект с технически спецификации" стр. 2. На



посоченото място в документацията на изделието комисията установи вписване на текст, който липсва в оригиналния проспект на производителя, представен на английски език. На стр. 2 на оригиналния проспект след израза на английски език "Sweet speed: 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s" следва празно поле, след което следва изразът "Standart Configuration of iS15". На страницата, превод на български език, на мястото на празното поле е вмъкнат изразът "HR -обхват: възрастни 10 ~ 300 bpm, педиатрични и неонатологични: 10 ~ 350 bpm", с който участникът доказва съответствието си с параметър 9. Предвид обстоятелството, че текст за съответствието липсва в оригинала на проспекта, за комисията не е възможно да установи дали предлаганото изделие съответства на изискванията на възложителя по параметър 9.

Комисията е приела, че предложението на участника "АЛМАСОНИК" ЕООД за доставка на 2 бр. неонатални респиратори Марка **SinoHero**, Модел **iS15**, не съответства на изискванията на възложителя по параметър 7 "Възможност за връзка, трансфер на данни и изображения до централна мониторинг станция" и по параметър 9 "Да измерва сърдечна честота в границите 15 - 350 удара в мин."

Възложителят изцяло възприема мотивите на комисията и отстранява от участие участника "АЛМАСОНИК" ЕООД.

7. Настоящото решение да бъде изпратено до участниците в тридневен срок от издаването му. В деня на изпращането решението и протоколите от работата на комисията да бъдат публикувани в профила на купувача, при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП (отм.).

8. Информация за сключения договор да се изпрати в АОП за вписване в Регистъра на обществените поръчки, в 30-дневен срок от сключването на договора.


9. В първия работен ден, следващ деня на изпращането на информацията за сключен договор в АОП, договорът да се публикува в профила на купувача.

10. Гаранцията за участие на участниците да се освободи след сключване на договора за обществена поръчка. В случай, че участникът обжалва решението, гаранцията му за участие да се освободи след решаването на спора.

11. В случай, че определеният изпълнител не изпълни задължението си да сключи договор, гаранцията му за участие да се усвои.

12. Документацията по провеждането на процедурата да се съхранява до изтичането на 5 години след приключване изпълнението на договора.

Решението може да бъде обжалвано в 10-дневен срок от получаването му пред Комисията за защита на конкуренцията. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя.

  
.....  
Д-р ТРИФОН ЙОРДАНОВ  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР