

ПРОТОКОЛ

№ 1 / 9 октомври 2018 год.

за разглеждането на офертите на участниците в процедура тип "публично състезание" за възлагане на обществена поръчка за доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф модел PHILIPS BRILLIANS CT6, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на новата тръба

Днес, 09.10.2018 год. в "Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич" АД, гр. Добрич, ул. "Панайот Хитов" 24, по реда на чл. 181, ал. 4, във вр. с ал. 2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП, започна работата си комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена за разглеждането и оценката на офертите на участниците в процедура за възлагане за обществена поръчка тип "публично състезание" с предмет: Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф модел PHILIPS BRILLIANS CT6, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на новата тръба.

Процедурата е открита с Решение № 24 от 17.09.2018 год. на Изпълнителния директор на дружеството, по обявление № 867925, преписка № 00083-2018-0013 в регистъра на Агенцията за обществени поръчки.

Разглеждането се проведе от комисия, назначена със Заповед № 260 / 09.10.2018 год. на Изпълнителния директор на "МБАЛ-Добрич" АД, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Д-р Бисер Янков Ботев;

ЧЛЕНОВЕ:

2. Елена Атанасова Великова – експерт обществени поръчки.

3. Адв. Георги Стойчев Митков - юрист на граждански договор в "МБАЛ-Добрич" АД;

1. Цел на заседанието на комисията е разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

2. Работата на комисията започна на 09.10.2018 г. в 09.00 часа, когато възложителят предаде срещу подпис на председателя на комисията протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, заедно с офертите на участниците, поставени в запечатани опаковки:

2.1. "МЕДИКЪЛ ИМЕЙДЖИНГ СЪРВИЗ" ООД, приета с вх. № 9548 / 08.10.2018 год. в 09.20 часа.

2.2. "НОВА МЕДИКЪЛ" ООД, приета с вх. № 9550 / 08.10.2018 год. в 9.35 часа.

2.3. "С & Т БЪЛГАРИЯ" ЕООД, приета с вх. № 9551 / 08.10.2018 год. в 09.40 часа.

3. Преди да пристъпят към отварянето на опаковките с офертите, членовете на комисията, участващи в заседанието, на основание чл. 51, ал. 8 от ППЗОП, подписаха и представиха на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и за прилагане на изискванията по чл. 51, ал. 8, ал. 9 и ал. 13 от ППЗОП.

4. При отварянето на опаковките с офертите присъстваха: Зорница Ангелова Илиева – представител на участника "МЕДИКЪЛ ИМЕЙДЖИНГ СЪРВИЗ" ООД; Татяна Косева Петрова – представител на участника "НОВА МЕДИКЪЛ" ООД; Явор Денков Иванов – представител на участника "С & Т БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

Участниците представиха доказателства за упълномощаването си, които бяха приложени към досието на обществената поръчка.

5. Заседанието на комисията протече в две части - публична и закрыта.

5.1. В публичната част от заседанието комисията отвори опаковките с офертите на участниците и оповести тяхното съдържание, включително предложенията на участниците по показателите за оценка на офертите.

5.2. В закрытата част от заседанието комисията:

- разгледа представените оферти и оцени съгласно избрания критерий за възлагане тези от тях, които съответстват на предварително обявените условия;
- разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки, до установяване на съответствие с изискванията на двама участници, които класира на първо и второ място.

6. Комисията констатира, че предложенията на участниците са приети в непрозрачни запечатани опаковки, на които са посочени данните по чл. 47, ал. 2 от ППЗОП, след което пристъпи към отварянето на опаковките с офертите.

7. При отварянето на опаковките комисията публично оповести съдържанието на офертите, включително предложенията на участниците по показателя за оценка.

На основание чл. 61, т. 2 от ППЗОП, членовете на комисията подписаха техническите и ценовите предложения.

Техническите и ценовите предложения бяха подписани и от един от представителите на явилите се участници, като Зорница Ангелова Илиева подписа документите на участника "НОВА МЕДИКЪЛ" ООД, Татяна Косева Петрова подписа документите на участника "С & Т БЪЛГАРИЯ" ЕООД и Явор Денков Иванов подписа документите на участника "МЕДИКЪЛ ИМЕЙДЖИНГ СЪРВИЗ" ООД.

8. Участниците са направили следните предложения по показателя за оценка "най-ниска цена" за доставката на нова рентгенова тръба за компютърен томограф, модел PHILIPS BRILLIANS СТ6, въвеждане в експлоатация и гаранционно поддържане на новата тръба:

8.1. **"МЕДИКЪЛ ИМЕЙДЖИНГ СЪРВИЗ" ООД: 159 900** (сто, петдесет и девет хиляди и деветстотин) лева без ДДС;

8.2. **"НОВА МЕДИКЪЛ" ООД: 173 000** (сто, седемдесет и три хиляди) лева без ДДС;

8.3. **"С & Т БЪЛГАРИЯ" ЕООД: 154 100** (сто, петдесет и четири хиляди и сто) лева без ДДС.

9. След извършването на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

10. В закрито заседание комисията провери съответствието на техническите предложения с предварително обявените условия:

10.1. Участникът **"МЕДИКЪЛ ИМЕЙДЖИНГ СЪРВИЗ" ООД** е направил следното техническо предложение:

- Марка: Varex Imaging Corporation;
- Модел: GS – 5172;
- Производител: Varex Imaging;
- Дата на производство: 2018 година;
- Наличие на "СЕ" маркировка: ДА
- Техническите параметри и изисквания:

| № | Параметър | Изисквания | Предложение |
|---|--|--|--|
| 1 | Номинално напрежение | 140 kV | 140 kV |
| 2 | Максимален ток на тръбата | 420 mA | 504 mA |
| 3 | Аноден топлинен капацитет | не по-малко от 5 MNU | 5.3 MNU |
| 4 | Максимална входяща мощност на анода | 6 kW | 6 kW |
| 5 | Номинална скорост на ротация на анода | 6300 об/мин | 6300 об/мин |
| 6 | Максимална температура на маслото на кожуха на тръбата | не повече от 70°C | 70°C |
| 7 | Защита от прегряване с предпазен превключвател | Отваряне при максимална температура на маслото | Отваряне при максимална температура на маслото |
| 8 | Максимален топлинен капацитет на корпуса на тръбата | не по-малко от 5 MNU | 5.5 MNU |

- Други данни (когато е приложимо):

-- Максимална входяща мощност при малък фокус: 36 kW за 1 сек;

-- Максимална входяща мощност при голям фокус: 50.4 kW за 1 сек;

-- Максимална охлаждаемост на кожуха на рентгеновата тръба: 6.4 kW;

-- Техническото предложение е при условие на вземане на дефектиралата рентгенова тръба.

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

- Срок и размер за плащане: 100 (сто) на сто – при подписването на договора
- Срок за доставка: 20 календарни дни от сключването на договора;
- Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация: 7 календарни дни след доставката;
- Срок за гаранционно поддържане: 12 месеца пропорционална гаранция в размер на 100 000 скансекунди, влиза в сила след въвеждането в експлоатация на томаграфа;
- Срок за отстраняване на повреди в срока на гаранционното поддържане: до 7 календарни дни от уведомяването на изпълнителя;
- Срок на валидност на офертата: 3 (три) месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

10.2. Участникът **"НОВА МЕДИКЪЛ" ООД** е направил следното техническо предложение:

- Марка: DUNLEE;
- Модел: DU5008B;
- Производител: DUNLEE/PHILIPS;
- Дата на производство: юли 2017 година;
- Наличие на "СЕ" маркировка: ДА
- Техническите параметри и изисквания:

| № | Параметър | Изисквания | Предложение |
|---|--|--|--|
| 1 | Номинално напрежение | 140 kV | 140 kV |
| 2 | Максимален ток на тръбата | 420 mA | 420 mA |
| 3 | Аноден топлинен капацитет | не по-малко от 5 MНU | 5 MНU |
| 4 | Максимална входяща мощност на анода | 6 kW | 6 kW |
| 5 | Номинална скорост на ротация на анода | 6300 об/мин | 6500 об/мин |
| 6 | Максимална температура на маслото на кожуха на тръбата | не повече от 70°C | 70°C |
| 7 | Защита от прегряване с предпазен превключвател | Отваряне при максимална температура на маслото | Отваряне при максимална температура на маслото |
| 8 | Максимален топлинен капацитет на корпуса на тръбата | не по-малко от 5 MНU | 5.5 MНU |

- Други данни (когато е приложимо):
- Максимална входяща мощност при голям фокус: 50 kW за 1 сек;
- Максимална входяща мощност при малък фокус: 36 kW за 1 сек;
- Максимална охлаждаемост на кожуха на рентгеновата тръба: 6 kW;
- Срок и размер за плащане: 100 (сто) на сто – при подписването на договора

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ” АД

ДОБРИЧ 9300 ☒ ул. "Панайот Хитов" 24 ☎ 058/600488 факс 058/600414 ✉ e-mail: oblb@bergon.net

- Срок за доставка: 20 календарни дни от сключването на договора;
- Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация: 7 календарни дни след доставката;
- Срок за гаранционно поддържане: 12 месеца пропорционална гаранция след въвеждането в експлоатация на томаграфа;
- Срок за отстраняване на повреди в срока на гаранционното поддържане: до 7 календарни дни от уведомяването на изпълнителя;
- Срок на валидност на офертата: 3 (три) месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

10.3. Участникът "С & Т БЪЛГАРИЯ" ЕООД е направил следното техническо предложение:

- Марка: DUNLEE;
- Модел: CTR 2150;
- Производител: DUNLEE;
- Дата на производство: 2018 година;
- Наличие на "СЕ" маркировка: ДА
- Техническите параметри и изисквания:

| № | Параметър | Изисквания | Предложение |
|---|--|--|-------------|
| 1 | Номинално напрежение | 140 kV | 140 kV |
| 2 | Максимален ток на тръбата | 420 mA | 420 mA |
| 3 | Аноден топлинен капацитет | не по-малко от 5 MНU | 5.0 MНU |
| 4 | Максимална входяща мощност на анода | 6 kW | 6 kW |
| 5 | Номинална скорост на ротация на анода | 6300 об/мин | 6500 об/мин |
| 6 | Максимална температура на маслото на кожуха на тръбата | не повече от 70°C | 70°C |
| 7 | Защита от прегряване с предпазен превключвател | Отваряне при максимална температура на маслото | ДА |
| 8 | Максимален топлинен капацитет на корпуса на тръбата | не по-малко от 5 MНU | 5.5 MНU |

- Срок и размер за плащане: 100 (сто) на сто – при подписването на договора
- Срок за доставка: 20 календарни дни от сключването на договора;
- Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация: 7 календарни дни след доставката;
- Срок за гаранционно поддържане: 12 месеца;
- Срок за отстраняване на повреди в срока на гаранционното поддържане: до 7 календарни дни от уведомяването на изпълнителя;
- Срок на валидност на офертата: 3 (три) месеца от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

11. Комисията провери съответствието на техническите характеристики на предложението изделия с предварително обявените условия:

11.1. Участникът **"МЕДИКЪЛ ИМЕЙДЖИНГ СЪРВИЗ" ООД** е представил техническа документация с превод на български език за доставка на рентгенова тръба с въртящ анод GS – 5172, предназначена за ползване в корпус В-320Н. Посочените характеристики съвпадат с тези от техническото предложение на участника.

Комисията приема, че предлаганото изделие съответства на с предварително обявените условия.

11.2. Участникът **"НОВА МЕДИКЪЛ" ООД** е представил техническа документация с превод на български език за доставка на рентгенова тръба DU5008В, предназначена за ползване с рентгеново хаубе CTR 2150. Посочените характеристики съвпадат с тези от техническото предложение на участника.

Комисията приема, че предлаганото изделие съответства на с предварително обявените условия.

11.3. Участникът **"С & Т БЪЛГАРИЯ" ЕООД** е представил техническа документация с превод на български език за доставка на рентгенова тръба DU5008В, предназначена за ползване с корпус за рентгенови тръби CTR 2150. Посочените характеристики съвпадат с тези от техническото предложение на участника.

Комисията приема, че предлаганото изделие съответства на с предварително обявените условия.

12. Комисията оцени офертите на участниците, чиито предложения съответстват на предварително обявените условия съгласно избрания критерий за възлагане "най-ниска цена".

13. След оценяването на участниците комисията разгледа документите, свързани с личното състояние и критериите за подбор в низходящ ред спрямо получените оценки.

14. Комисията извърши проверка на съответствието на участниците с изискванията за лично състояние, посочени в точки 1, 2.1 и 2.2 на раздел VI.3) на Обявлението за поръчка: 1. Да са българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на държавата, в която то е установено; 2.1. Да не са налице предпоставките за задължително отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; 2.2. Да отговорят на изискванията по чл. 3, т. 8, във вр. с чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

14.1. Проверката за съответствието на участниците с изискванията за лично състояние се извърши въз основа на проверка в търговския регистър на Агенцията по вписванията и на деклариранията от тях обстоятелства в ЕЕДОП.

14.2. На основание чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър, комисията извърши служебна проверка за обстоятелствата, вписани за участниците в търговския регистър и установи вписването на следните обстоятелства:

14.2.1. "МЕДИКЪЛ ИМЕЙДЖИНГ СЪРВИЗ" ООД, със седалище в гр. София 1403, адрес на управление: район Триадица, ж.к. "Стрелбище" 35А, вх. Б, ЕИК 202223146, представлявано от Борис Маринов Маринов.

Посочен от участника адрес за кореспонденция: гр. София, ул. "Ванда" 3, квартал Република 2.

14.2.2. "НОВА МЕДИКЪЛ" ООД, със седалище в гр. София 1404, адрес на управление: район Триадица, ж.к. "Гоце Делчев" сграда Крит, бл. 22, вх. Г, ап. 6, ЕИК 201250941, представлявано от Гоце Симеонов Гоцев.

14.2.3. "С & Т БЪЛГАРИЯ" ЕООД, със седалище в гр. София 1404, адрес на управление: район Искър, бул. "Искърско шосе" 7, Търговски център Европа, сграда _ 6, ет. 3, ЕИК 831131023, представлявано от Васил Младенов Минев и Злати Стойчев Петров, заедно.

14.3. Комисията приема, въз основа на извършените проверки и декларираните обстоятелства, че участниците отговарят на изискванията за лично състояние.

15. Комисията извърши проверка за съответствието на участниците с изискванията за годност за упражняване на професионална дейност, посочено в раздел III.1.1) на Обявлението за поръчка: 1. Да са търговци на едро с медицински изделия или производители на медицински изделия, установен на територията на Република България; 2. Да притежават валидна лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, издадена от Агенцията за ядрено регулиране.

15.1. Проверката за съответствието на участниците с изискванията за годност за упражняване на професионална дейност се извърши въз основа на декларираните от тях обстоятелства в ЕЕДОП и проверка в регистъра на издадените разрешения за търговия на едро с медицински изделия.

15.2. На основание чл. 67, ал. 8, т. 2 от ЗОП комисията извърши проверка в регистъра по чл. 81 от ЗМИ на издадените разрешения за търговия на едро с медицински изделия на сайта на Изпълнителната агенция по лекарствата (<http://www.bda.bg/регистри/регистри-на-търговци-и-производители>) при което установи за отделните участници следното:

15.2.1. "МЕДИКЪЛ ИМЕЙДЖИНГ СЪРВИЗ" ООД: Издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-P-T / МИ 963 от 22.05.2013 год.;

15.2.2. "НОВА МЕДИКЪЛ" ООД: Издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-P-T / МИ 676 от 01.04.2011 год.;

15.2.3. "С & Т БЪЛГАРИЯ" ЕООД: Издадено разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV-P-T / МИ 418 от 30.09.2008 год.

15.3. Комисията приема въз основа на извършените проверки и декларираните обстоятелства, че участниците съответстват на изискванията за годност за упражняване на професионална дейност.

16. Комисията извърши проверка за съответствието на участниците с изискванията за технически и професионални способности, посочени в раздел III.1.3) на Обявата за поръчка: Да прилага и поддържа система за управление на качеството EN

ISO 9001 и/или EN ISO 13485/13488 и/или еквивалентна, с обхват в областта на производството и/или търговията с медицински изделия.

16.1. Проверката за съответствието на участниците с изискванията за технически и професионални способности се извърши въз основа на декларираните от тях обстоятелства в ЕЕДОП и проверка на представените документи.

16.2. Комисията приема въз основа на декларираните обстоятелства и представените документи, че участниците съответстват на изискванията за технически и професионални способности.

17. Комисията приема, че всички участници в низходящ ред спрямо получените оценки съответстват на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

18. Комисията класира участниците по следния начин:

На първо място: **"С & Т БЪЛГАРИЯ" ЕООД;**

На второ място: **"МЕДИКЪЛ ИМЕЙДЖИНГ СЪРВИЗ" ООД.**

19. Комисията препоръчва на възложителя договор за изпълнение на обществената поръчка да бъде сключен с участника **"С & Т БЪЛГАРИЯ" ЕООД,** класиран на първо място.

Комисията приключи работата си на 09.10.2018 год. в 15.00 ч.

Протоколът се подписа от всички членове на комисията и се предаде на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1.....

(Д-р Бисер Янков Ботев)

ЧЛЕНОВЕ:

2.....

(Елена Атанасова Великова)

3.....

(Адв. Георги Стойчев Митков)

УТВЪРЖДАВАМ:.....

Д-р СВЕТОЗАР БАЙЧЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

